



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**  
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с обект „Доставка на измервателни инструменти”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по горесцитираната обществена поръчка, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти до **16.00 ч. на 01.06.2020 г.** и дава следните разяснения:

Въпроси по обособена позиция №1- Доставка на кранова везна с радио управление

1. Относно мерните единици – задължително ли е да има мерна единица тонове, като има килограми и възможно ли е да показва Нютони, а не килонютони?
2. Относно работната температура – масово везните са с диапазон -10 до +40 градуса (изключение правят везните с допълнителен топлинен щит като за пещи и леярни, но те са специализирани и съответно по-скъпи). Възможно ли е да се предложи везна -10 + 40 градуса, а не както е описано -10 +50 градуса?
3. Относно батериите – описано е 4 по 1.5V. Масово модерните актуални модели са с акумулатори, които са по-удобни и дълготрайни? Може ли да се предложи везна с акумулаторна батерия, а не 4 по 1.5 волта?
4. Радио управлението на везната да се състои от включване и изключване на везната с дистанционно управление или трябва да включва предаване на данни по радио път?
5. Избора на измервателните единици може ли да е само в kg?
6. Захранването може ли да е с акумулаторна батерия 12V/7Ah, а не както описаните батерии 4x1.5V AA (LR6)?

Отговор: Кандидатите да се придържат към изискванията на техническата спецификация.

Въпроси по обособена позиция №2 – Доставка на измервателни линии.

1. Става ли въпрос за така наречените монтажни линеали /нивелири/, които имат широки и равнинни повърхности с клас на точност 0, но нямат измервателно разграфяване /деления/, характерно за измервателните линии?

Отговор: Измервателните линии са с широки равнинни и успоредни повърхнини, с клас на точност 0, DIN 874, без измервателно разграфяване. Служат за прецизна връзка /база/ между корпуса на машината и измервателен инструмент. Необходимо е да отговарят на всички изисквания на техническата спецификация.

Останалите условия са посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес:

[www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Конкурси по оферти/43641](http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Конкурси по оферти/43641)

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, П. Попниколова на тел. 0973 / 7 24 86, или електронен адрес [rapopnikolova@npp.bg](mailto:rapopnikolova@npp.bg)