



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави разяснения и удължава срока за подаване на оферти **до 16.00ч на 09.09.2020 г.** за обществена поръчка по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории”, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 45295.

По обособена поз.1

Въпрос:

За подпозиция №8 – ИД 109361 - Пипета Фол Резила тип шприц, клас А, обем 100±0.1мл, с кафява градуировка

Тъй като този артикул е извън номенклатурата на фирмата доставчик за 2020г, каква алтернатива бихте приели?

Отговор:

Необходима ни е пипета Фол Резила тип шприц, клас А, обем 100±0.1мл, с кафява градуировка.

По обособена позиция №2

Въпрос:

Подпозиция № 3. ИД 119906, Статив за центрофужна епруветка от 50ml., 20 отвора, d = 30 mm на отвора за епруветките, материал АВС - 5 броя

Ще приемете ли Кат. № 6.267 417, Статив за центрофужна епруветка от 50ml., 25 отвора, материал АВС - 5 броя?

Отговор:

Да, при условие че диаметъра на отворите е 30 мм.

Въпрос:

Подпозиция № 12. ИД 20278, Тава РР, киселинноусойчива, с приблизителни размери: 353/252/21мм

Ще приемете ли Кат. № 165194, Vitlab, Тава РР, киселинноусойчива, с размери: 250/310/65мм?

Отговор:

Да.

Въпрос:

Подпозиция № 24. ИД 99442, Пипета автоматична, тип Eppendorf с вариращ обем 1000-10000 µl , с партиден сертификат с точност - 1 брой

Ще приемете ли Кат. № 5 402 910 Р, Пипета автоматична, с вариращ обем 1000-10000 µl , с партиден сертификат с точност - 1 брой?

Отговор:

Да.

По обособена позиция № 5**Въпрос:**

Подпозиция № 2 - ИД 95115 - Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 x 205 mm - 143 броя

Ще приемете ли Кат. № 6.312 879, Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 x 195 mm, 800 бр. кърпички - 143 броя?

Отговор:

Да.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg.