


 ул. „Хан Кубрат“ № 10, офис 201
 Ловеч 5500

 т./факс: +359 68 600 605
 +359 887 234513
 e-mail: office@energotestcontrol.bg

 ДО
 АЕЦ Козлодуй ЕАД
 гр. Козлодуй 3321

 ВАН №
 ИЗХ. № ETC-20-25
 21 септември 2020 г.

ОТНОСНО: Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 45452 с предмет „Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване“

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с обявена пазарна консултация с предмет: „Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване“ ЕнергоТестКонтрол ООД представя на Вашето внимание следното предложение:

1. Единична цена и обща стойност в лева без ДДС

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Кол-во	Мерна единица	Ед. Цена	Обща стойност
1.		Източник радиоактивен точков гама еталонен, нуклид Cs-137, пластмасов диск с диаметър 25 mm. и дебелина 3 mm., активност $\approx 4.10^4$ Bq с толеранс + 35/-5% и неопределеност $\leq 3\%$	1	бр.	2 250,00	2 250,00
2.		Еталонен точков гама – спектрометричен източник. Радиоактивен нуклид Co-57, активност $\approx 5.10^5$ Bq и неопределеност $\leq 5\%$	1	бр.	2 705,00	2 705,00

 Адрес по съдебна регистрация:
 София 1359
 ж.к. „Люлин“, бл. 422, вх.Г, ет.8,
 ап.81
 Офис 2

ЕИК: 203120964

 Първа Инвестиционна Банка АД
 клон „Света Троица“
 гр. София

 IBAN: BG14 FINV 9150 1016 2197 92
 (BGN)

BIC: FINVBGSF



HU 15/7582

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Кол-во	Мерна единица	Ед. Цена	Обща стойност
		Активността е нанесена върху полиетиеново фолио в рамка, Радиоактивни примеси по гама < 0.5%				
3.		Еталонен гама спектрометричен източник. Радиоактивен нуклид Co-60, активност $\approx 7 \cdot 10^5$ Bq и неопределеност $\leq 5\%$, Активността е нанесена върху полиетиленово фолио в рамка, Радиоактивни примеси по гама < 0.5%	1	бр.	2 280,00	2 280,00
Обща стойност на доставката:						7 235,00

2. Срок на доставката: 8 – 10 седмици
3. Условия на доставка: DDP – АЕЦ Козлодуй ЕАД
4. Срок на годност: Валидност на сертификатите, Cs-137, 3 (три) години, източници Co-57 и Co-60, 2 (две) години
5. Производител: Чешки Метрологичен Институт (ЧМИ), Чехия
6. Съпроводителна документация:
 - Сертификати/декларации за произход;
 - Сертификати/декларации за съответствие;
 - Сертификат за калибриране по активност.

Моля, обърнете внимание, че поради настоящите усложнения с пандемията на COVID-19, ние не можем да гарантираме срокове за доставка поради ограничения в наземния и въздушния транспорт. Извиняваме се предварително за евентуални закъснения.

С Уважение,

Евгени Бебовски
Управител
ЕнергоТестКонтрол ООД