

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 50311

с предмет: **„Метрологична проверка на датчици за стенд за изпитания на хидроамортисьори MUE403H500”**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Метрологична проверка на датчици за стенд за изпитания на хидроамортисьори MUE403H500” при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарни консултации № 50311 на адрес: www.kznpp.org/Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации № 50311.

Предложенията следва да включват:

- обща цена за изпълнение на услугата, както и цена за всяка от дейностите, включени в обема на извършваната услуга съгласно Техническите изисквания;
- информация за срока за изпълнение;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16.11.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 18.11.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 97373977.

Приложение:

1. Технически изисквания.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за пазарна консултация

ТЕМА:

Метрологична проверка на датчици на стенд за изпитания на хидроамортисьори MUE403H500

1. Предмет на услугата

Метрологична проверка (калибриране) на датчици за сила и положение на стенд тип MUE403H500 в лабораториите на производителя, TECNATOM S.A., гр. Мадрид, Испания или официален негов представител.

2. Обем на извършваната услуга

Изпълнителят трябва да изпълни услугата както следва:

- Метрологична проверка на датчика за сила на стенда;
- Метрологична проверка на датчика за положение;
- Настройка при необходимост на компютърен рак (компютърен шкаф) за управление на стенда, която ще бъде изпълнена дистанционно, чрез видео-конферентна връзка;
- Транспорт на провереното оборудване от базата на Изпълнителя до АЕЦ „Козлодуй”.

3. Организация на работата по изпълнение на услугата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата

Срокът за извършване на услугата е до 70 работни дни след предаването на датчиците на Изпълнителя. Краен срок за изпълнение на услугата е 30.03.2023 г.

Предаването на датчиците за сила и положение в лабораториите на Изпълнителя се извършва, чрез куриерска фирма за сметка на Възложителя.

3.2. Условия за изпълнение на услугата

Изпълнителят да бъде производител на оборудването, собственик на техническите условия за производство на стендове за изпитания на хидроамортисьори тип MUE403H500 и притежаващ конструктивна документация, технологиите за ремонт, правата за внедряване и разработка на нововъведения за оптимизиране работа на машините, или официален негов представител.

3.3. Нормативно-технически документи

3.3.1. ISO 7500-1:2018 – Metallic materials — Calibration and verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/ compression testing machines — Calibration and verification of the force-measuring system или еквивалентен;

3.3.2. ASTM E2309 – 05 – Standard Practices for Verification of Displacement Measuring Systems and Devices Used in Material Testing Machines или еквивалентен.

3.4. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Услугата се приема за извършена след получаване на датчиците за сила и положение, придружена с издадени от Изпълнителя документи с тестови резултати, сертификати за проверка (калибриране) и извършена дистанционна настройка на компютърен рак, при необходимост*.

**Забележка: След извършване на метрологична проверка на датчиците, Изпълнителят взема решение дали е необходимо извършване на дистанционна настройка на компютърния рак.*

4. Документация

4.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

При необходимост, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще предаде на Изпълнителя документация, имаща отношение към изпълнение на услугата във вида и формата, в която е налична, по реда на „Инструкция по качество. Предаване на входни данни на външни организации”, ДОД.ОК.ИК.1194.

4.2. Документи, представени от Изпълнителя

За извършената услуга Изпълнителят изготвя сертификати за преминала метрологична проверка, съгласно стандартите от т. 3.3. Документите трябва да придружават оборудването при доставката до АЕЦ „Козлодуй”.

4.3. Отчетни документи

Няма отношение.

4.4. Ред за влизане в сила на документите

Няма отношение.

5. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

5.1.1. Изпълнителят трябва да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 "Система за управление на качеството" или еквивалентен стандарт, обхващащ дейностите по настоящото задание или сходни дейности. Изпълнителят да представи копие от сертификата.

5.1.2. Изпълнителят уведомява „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ на изпълнителя, свързани с изпълняваните

дейности по договора.

5.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Няма отношение.

5.3. План за контрол на качеството (ПКК)/ План за контрол и изпитване (ПКИ)

Няма отношение.

5.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

5.5. Управление на несъответствията

При изпълнение на дейността и констатиране на несъответствия, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за предприетите мерки.

5.6. Професионална компетентност (квалификация) на персонала на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да разполага с обучен персонал можещ да извърши обема на възложената услуга.

5.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Няма отношение.

5.8. Обучение на персонал на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Няма отношение.

5.9. Необходими лицензии, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя

Няма отношение.

6. Организационни изисквания

Няма отношение.

7. Допълнителни изисквания

Няма отношение.

8. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Няма отношение.

9. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнители/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;

- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които

изпълняват;

- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Няма.