

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 50344

с предмет: **„Модернизация на система за общ дозимитричен контрол в стационарна лаборатория за РГК”**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Модернизация на система за общ дозимитричен контрол в стационарна лаборатория за РГК” при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарни консултации № 50344 на адрес: www.kznpp.org/Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации № 50344.

Предложенията следва да включват:

- обща цена за изпълнение на услугата, както и цена за всяка от дейностите, включени в обема на извършваната услуга съгласно Техническата спецификация;
- информация за срока за изпълнение;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 25.11.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 30.11.2022 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 97373977.

Приложение:

1. Техническата спецификация.

Техническа спецификация

за модернизация на система за общ дозиметричен контрол

Обхватът на доставяното оборудване трябва включва:

– *Гама радиационен монитор за автоматичен мониторинг* – 1 бр. със следните характеристики:

- да притежава два измервателни канала;
- да бъде съвместим с наличните гама сонди тип: LB65 00-3-H10 и LB6360-H10 и да има възможност за подвързването им;
- измервана единица: $H^*(10)$;
- да запазва своята работоспособност при относителна влажност от $0 \div 90\%$;
- да запазва своята работоспособност в температурния диапазон „(-)5 °C ÷ (+)40 °C“;
- захранване: 220 V, 50 Hz, EU стандарт;
- сила на звукова сигнализация: по-голяма от 80 dB;
- да притежава трицветна светлинна сигнализация;
- да притежава вграден дисплей за показване на измерваните стойности на гама сондите.

– *Специализиран софтуер* – 1 бр.

Софтуерът трябва да има възможност за конфигуриране, събиране и архивиране на данните , проверка и диагностика на работата на системата и за изготвяне на справки.

Изпълнителят трябва да осигури наличието на компетентен персонал, който да извърши монтаж на място на новата система за измерване на мощност на амбиентна доза $H^*(10)$ и да я свърже със съществуващите гама сонди.

Монтажът трябва да бъде включен в цената.