



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на лабораторна апаратура”  
рег. № в АОП 00353-2015-0145

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение вх. №Ф-3571/03.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:**

1. “По позиция №. 2 изискването за 8000 оборота и за двата ротора (за 50 мл и 100 мл епруветки) ли се отнася?”

**ОТГОВОР 1:** Да, изискването за 8 000 оборота се отнася и за двата ротора - за епруветки от 50 и от 100мл.

**ВЪПРОС 2:**

2. “По позиция № 8 от техническото описание не сме в състояние еднозначно да определим дали става въпрос за нагревателна плоча или за магнитна бъркалка с нагряване, за което молим за допълнително разяснение. Молим също за допълнително разяснение до колко градуса максимално следва да се регулира температурата?”

**ОТГОВОР 2:** Техническата спецификация изисква доставка на нагревателна плоча с възможност за разбъркване на пробите, т.е магнитна бъркалка с нагряване. Изделието да позволява регулиране на температурата минимум до 500 градуса по целзиева скала, като избраната стойност да се визуализира на дисплей.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

