



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лабораторна апаратура”
рег. № в АОП 00353-2015-0145

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение вх. №Ф-3707/10.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

По обособена позиция № 4 “Газов хроматограф за определяне на концентрацията на водород, кислород, азот:

Съгласно заданието за системата ще са необходими няколко калибрационни газови смеси с различни концентрации на водород, азот и кислород. Бихте ли пояснили дали е необходимо те да са постоянно свързани към системата и чрез автоматизация командвана от софтуера да се осъществява избор на съответната газова смес и калибровка с нея без никакви ръчни манипулации или е допустимо ръчно свързване на съответната калибрационна смес, а само разреждането и построяването на калибрационната крива по минимум 5 точки да стават автоматизирано чрез софтуера?

ОТГОВОР:

Необходимо е газовите смеси да са постоянно свързани към системата и чрез автоматизация, командвана от софтуера да се осъществява избор на съответната газова смес и калибровка с нея без никакви ръчни манипулации.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

