




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лабораторна апаратура”
рег. № в АОП 00353-2015-0145

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение вх. №Ф-3783/12.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Относно обособена поз. №2 – „Доставка на лабораторна центрофуга за сектор Радиохимия”

Въпрос 1: Имайки предвид, че по-голямата част от произвежданите в света от този клас и вид лабораторни центрофуги са със скорост до 6 000 оборота и с цел създаване на конкурентна среда, моля да поясните ще приемете ли оферта за лабораторна центрофуга със скорост до 6 000 оборота?

Относно обособена поз. №5 – „Доставка на портативен рН метър за сектор Радиохимия”

Въпрос 1: В техническа спецификация съществуват две разминаващи се изисквания за обхвата на измерване на рН – от 0 до 14 рН и от -2.00 до 16.00 рН. Моля, уточнете кое от двете изисквания е валидно?

В случай, че валидното техническо изискване е за обхват от от -2.00 до 16.00 рН, моля да поясните ще приемете ли оферта за рН метър с обхват от 0 до 14 рН. Надяваме се ще вземете под внимание и факта, че практическите измервания и респективно измерванията на електродите са в обхват от 0 до 14 рН и измервания в обхват от -2.00 до 16.00 рН практически са неприложими.

Въпрос 2: В техническата спецификация съществуват две разминаващи се изисквания за вида на рН метъра – от една страна се изисква предложението на портативен модел, а от друга – доставката му да бъде със статив за електрод, който пък статив стандартно е част от окомплектацията на настолни модели.

Моля да поясните какъв точно модел рН метър би трябвало да предложим – портативен или настолен. В случай, че изисквате предложението за портативен рН метър би трябвало изискването за окомплектация със статив за електрод да отпадне.

Относно обособена поз. №10 – „Доставка на Аналитична електронна везна за сектор Радиохимия”

Въпрос 1: В техническата спецификация има изискване за обхват на измерване от 0 до 220 г.

Моля, пояснете ще приемете ли предложението за аналитична електронна везна с обхват от 0 до 210 г, като всички други параметри надвишават многократно изискуемите от Възложителя технически изисквания?

Въпроси относно посочените от Възложителя в документацията за участие „Указания за подготовка на офертата“:

В Обявлението в Приложение Б към всяка обособена позиция има посочени прогнозни стойности за съответната позиция.

Въпрос 1: Моля уточнете посочените прогнозни стойности задължителни ли са и може ли да се надвишават или не?

Въпрос 2: Трябва ли да представим отделен плик №1 „Документи за подбор“ за всяка обособена позиция, за която участваме или може да се представи един плик №1 „Документи за подбор“ за всички обособени позиции, за които участваме, при положение, че Възложителят не изисква продуктови документи, а само фирмени документи на участника?

Въпрос 3: Необходимо ли е да поставим отделните пликове №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и отделните пликове №3 „Предлагана цена“ за обособените позиции, за които участваме, съответно в един общ плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и един общ плик №3 „Предлагана цена“ или не?

ОТГОВОРИ:

Относно обособена поз. №2 – “Доставка на лабораторна центрофуга за сектор Радиохимия”

1. Оборотите на лабораторната центрофуга да отговарят на заложените в техническото задание параметри.

Относно обособена поз. №5 – “Доставка на портативен рН метър за сектор Радиохимия”

1. За обхвата на измерване на рН изискването е от 0 до 14 рН.

2. Изискването е за портативен модел. В случая за изискване за статив поясняваме, че някои модели се предлагат в куфарче в което има и такъв статив.

Относно обособена поз. №10 – “Доставка на Аналитична електронна везна за сектор Радиохимия”

1. Аналитичната електронна везна да отговаря на заложените в техническото задание параметри.

Относно посочените от Възложителя в документацията за участие “Указания за подготовка на офертата”

1. Прогнозните стойности не са задължителни. Използват се с цел определяне на реда на възлагане на обществената поръчка, съгласно чл.14 от ЗОП.

2. Не е необходимо за всяка обособена позиция участниците да представят отделен плик №1 Документи за подбор. Съгласно точка 4.2. от Указанията за подготовка на офертите изискване за представяне на отделни пликове е поставено само за Плик №2 и Плик №3.

3. Не е необходимо да се поставят отделните пликове №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и отделните пликове №3 „Предлагана цена“ за обособените позиции, за които се участва, съответно в един общ плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и един общ плик №3 „Предлагана цена“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

