




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лабораторна апаратура”
рег. № в АОП 00353-2015-0145

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение вх. №Ф-3779/12.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

За обособена позиция № 2 Лабораторна центрофуга

В техническото описание на центрофугата е посочено "Максимална скорост - 8000 оборота". Този параметър се отнася за роторите, които трябва да се доставят заедно с центрофугата. Бихте ли приели роторът, който трябва да бъде с 4 гнезда за центрофужни епруветки от 100 мл да бъде с максимална скорост 6000 rpm, като се вземе под внимание фактът, че този ротор е за доста голям центрофужен обем (400 мл), а и практически по-ниските обороти не влошават производителността на ротора тъй като същият резултат може да бъде постигнат при по-ниски обороти, просто трябва да бъде увеличено времето на центрофугиране.

ОТГОВОР:

Оборотите на лабораторната центрофуга да са съгласно заложените в техническото задание технически параметри.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

