



**”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**“ Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос, АЕЦ Вх.№ Ф-3488 / 01.06.2015 г. по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**По позиция 1 – Шкаф**

**ВЪПРОС 1:** Да има ли отвор за сифон?

**ОТГОВОР 1:** Да

**ВЪПРОС 2:** Трябва ли да има към комплекцията сифон и ако да с какъв изход – 25 или 50 мм?

**ОТГОВОР 2:** Да, 50mm

**ВЪПРОС 3:** При монтажа ще се изисква ли от Изпълнителя свързване на мивката към обратната вода?

**ОТГОВОР 3:** Да, посочено като изискване в т. 6.2. от ТС

**Относно Надстройката**

**ВЪПРОС 4:** Ще имали гръб?

**ОТГОВОР 4:** Не

**ВЪПРОС 5:** Ако има гръб от какъв материал: РР или боядисан метал?

**ОТГОВОР 5:** Виж ВЪПРОС И ОТГОВОР 4

**ВЪПРОС 6:** Може ли минималното и максималното разстояние между етажерките да е 300/400 мм?

**ОТГОВОР 6:** Не. Разстояние 150/250mm

**ВЪПРОС 7:** Дълбочината на етажерката колко трябва да бъде – 250 или 300 мм?

**ОТГОВОР 7:** 250mm

**ВЪПРОС 8:** Етажерката трябва ли да има берт и да бъде изработена във вид на вана или да е плоска?

**ОТГОВОР 8:** Без борд.

**ВЪПРОС 9:** Цветът може ли да е сив?

**ОТГОВОР 9:** Да

**По позиция 2 – Маса лабораторна**

**ВЪПРОС 10:** Може ли масата да е с друга конструкция 900 x 700 x 750 мм?

**ОТГОВОР 10:** Не

**ВЪПРОС 11:** Приемате ли плота да е 20 мм сив?

**ОТГОВОР 11:** Да

**ВЪПРОС 12:** Приемате ли направата на конструкция с две колела и две пети?

**ОТГОВОР 12:** Не

**ВЪПРОС 13:** Приемате ли в ниската част с цел укрепване на центъра на тежестта да има втори плот от полипропилен –РР?

**ОТГОВОР 13:** Да