



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на еталонно оборудване”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-5443/01.09.2015 г. от заинтересовано лице по система за предварителен подбор с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ: По обособена позиция № 7 “Еталонни калибратор/мултимери на електрични величини и температура”:

1. Възможността за работа с вградени акумулаторни батерии предполага ли, че уредът е портативен (handheld) ?
2. Изискванията за точност при измерванията на ток, напрежение, съпротивление и особено на температура са доста високи. Според партньорите производители, с които работим, те са непостижими за уред работещ и на батерии.

ОТГОВОРИ:

1. Уредът не е портативен.
2. Става въпрос за високоточни лабораторни калибратор/мултимери със захранване 220VAC, 40-50 Hz. Ако има възможност за работа с вградени акумулаторни батерии е добре, но не е задължително условие, стига предлаганите калибратор/мултимери да покриват изискванията за точност при измерване/задаване на постоянен ток, напрежение, съпротивление и температура.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

