




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на манометри”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4795/28.07.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Обособена позиция №1 - “Общотехнически манометри”

За обособена позиция 1 в т. 2.2. Квалификация на оборудването е описано манометрите да са с метален корпус и измервателна система бронз.

В техническата спецификация за поз. 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22 е записан текст: глицеринов, иноксов.

Иноксов означава корпуса, измервателния и предавателен механизъм да са от неръждаема стомана или само корпуса на манометъра да е от неръждаема стомана?

ОТГОВОР:

В Техническа спецификация №15.АЕЦ.ТСП.220 т.2.2. Квалификация на оборудването е записано, че всички манометри от Обособена позиция №1-Общотехнически манометри трябва да са с метален корпус и измерителна система от бронз. Това е изискване за всички позиции (от 1 до 23) от Приложение № 1. За позиции 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22 има допълнителни изисквания към манометрите, да са глицеринови (защото работят в среда със силни вибрации) и иноксови (защото работят в среда със специфични климатични условия- високи и ниски температури, висока влажност и т.н.). Да е иноксов е изискване към корпуса на манометъра, а не към измервателният механизъм.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ