




# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на манометри”

**Относно:** Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-4848/30.07.2015 г. и вх. № Ф-4861/30.07.2015 г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**Обособена позиция №1 - “Общотехнически манометри”**

**ВЪПРОС:** Необходимо ли е манометрите да бъдат от одобрен тип?

**ОТГОВОР:** В Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.220 няма поставено изискване манометрите да са одобрен тип.

**ВЪПРОС:** Какво означава “иносков” в Приложение № 1 от Спецификацията. Означава ли, че манометрите са от неръждаема стомана изцяло или само корпуса?

**ОТГОВОР:** Иносков трябва да е само корпуса на манометъра.

**ВЪПРОС:** Съгласно техническата спецификация за поз. 18 “Манометър Ф 63мм” и поз. 22 “Манометър Ф 100 мм”, присъединяването е аксиално. Възможно ли е присъединяването на манометрите от поз. 18 и поз. 22 да бъде радиално?

**ОТГОВОР:** Не. Техническите характеристики на манометрите са описани в Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.220 и следва да се придържате към тях.

**Обособена позиция № 3 – “Цифрови манометри”**

**ВЪПРОС:** Какво е присъединяването на манометъра –аксиално, радиално с каква резба?

**ОТГОВОР:** Присъединяването на манометъра е аксиално с резба М20х1.5.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИРЕКТОР АНГЕЛОВ