



ЗАПОВЕД

№ АД-3310

гр.Козлодуй, 26 / 10 2015 г.

На основание чл.73 от Закона за обществените поръчки и протокол на комисия по Заповед № АД-2597/21.08.2015 г. и Заповед № АД-3060/01.10.2015 г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-236/23.07.2015 г. за откриване на открита процедура с предмет: “**Доставка на манометри**”, обявление № ЗОП-О-191/23.07.2015 г. и регистрационен номер в АОП № 00353-2015-0186

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата по съответната обособена позиция, както следва:

Обособена позиция № 1 – Общотехнически манометри

Първо място – “Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора

Второ място – “Вика България” ЕООД, гр. София

Трето място – “Сиана Електрик” ЕООД, гр. София

Четвърто място – “Ауста” ООД, гр. Кърджали

Пето място – “Трега” ООД, гр. Пловдив

2. Участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниската цена”.

3. Отстранените участници в процедурата по съответните обособени позиции, както следва:

3.1. “СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

- Обособена позиция № 2 – Електроконтактни манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът е предложил манометри, които по каталожни данни са със степен на защита: IP 53, което не съответства на изискванията на т.2.2. от Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.220 на Възложителя, степен на защита на кабелните присъединявания: IP 55.

3.2. “Трега” ООД, гр. Пловдив

- Обособена позиция № 2 – Електроконтактни манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът не представил информация относно изискването на т. 2.2. от Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.220 на Възложителя, температура на околната среда: 0 ÷ +50°C; Относителна влажност на въздуха: до 80%; Контактна система: 2бр електрически контакти; Контакт "MIN": затворен, при P<Pmin; Контакт "MIN": отворен при

$P > P_{min}$; Контакт "MAX": затворен, при $P > P_{max}$; Контакт "MAX": отворен при $P < P_{max}$.
Максимално напрежение на контактната система: 250 VAC; Продължителен товар на контактната система: до 0,5А; Степен на защита на кабелните присъединения: IP 55.

3.3. "Интерприборсервиз" ООД, гр. Козлодуй

- Обособена позиция № 1 – Общотехнически манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът е предложил срок за доставка до 50 работни дни, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение – 50 дни.

3.4. "ЕнергоСервиз Пауър Солюшънс" ООД, гр. София

- Обособена позиция № 1 – Общотехнически манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът не е представил Сертификат за внедрена система за управление на качеството на фирмата производител, в съответствие с ISO 9001:2008, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, което не е в съответствие с изискванията на т. III.2.1) от Обявлението и т. 2.1.5.3. от Указания за подготовка на офертата към документацията за участие в процедурата.

3.5. "Аден груп" ООД, гр. София

- Обособена позиция № 1 – Общотехнически манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът е предложил за подпозиция 14 и подпозиция 18 манометри с ф 66 мм, което не съответства на изискването в Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.220 на Възложителя, ф 63 мм.

- Обособена позиция № 2 – Електроконтактни манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът е предложил за подпозиция 1 манометри с обхват от 0 до 40 МРа, което не съответства на изискването в Техническа спецификация № 15.АЕЦ.ТСП.220 на Възложителя, обхват от 0 до 1 МРа.

- Обособена позиция № 3 – Цифрови манометри

Мотиви за отстраняването:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Фактическо основание: Участникът е посочил в спецификацията от техническото предложение, като производител на предлагания цифров вакууметър TESTO INC, Германия, което не е съгласно декларираното в приложената в плик № 1- "Документи за подбор" декларация за страна на произход и производител на стоката. От декларацията е видно, че стоката по Обособена позиция № 3 е със страна на произход България и производител "ГЛОБАЛ-ТЕСТ" ЕООД, гр. София, т.е. в плик № 1 - "Документи за подбор" няма приложени сертификат за внедрена система за управление на качеството на фирмата производител TESTO INC, Германия, в съответствие с ISO 9001:2008, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството и надлежно оформен документ от TESTO INC, Германия, даващ разрешение на "АДЕН ГРУП" ООД, гр. София за продажба (дистрибуция) на стоките, което не е в съответствие с изискванията на т. III.2.1) от Обявлението и т. 2.1.5.3. и т. 2.1.5.4. от Указания за подготовка на офертата към документацията за участие в процедурата.

4. Наименования и адреси на участниците:

“СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 421 97 94

Факс: 02/ 421 97 93

Email: info@specenergotech.com

Лице за контакт: **Андрей Инговатов – Управител**

“ЕКОЕЛЕКТРИК” ЕООД, гр. Стара Загора

Телефон: 0887 675 579

Факс: 042/ 649088

Email: ecoelectric@abv.bg

Лице за контакт: **Желязко Георгиев– Управител**

“АУСТА” ООД, гр. Кърджали

Телефон: 0361/ 6 58 80

Факс: 0361/ 6 58 82

Email: austa@abv.bg

Лице за контакт: **Неделчо Георгиев - Управител**

“СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 865 81 39

Факс: 02/ 865 81 09

Email: office@sianaelectric.com

Лице за контакт: **Алла Комарова – Управител**

“ВИКА България” ЕООД, гр. София

Телефон: 02/ 821 38 10

Факс: 02/ 821 38 13

Email: info@wika.bg

Лице за контакт: **инж. Цветан Антонов – Прокурис**

“ТРЕГА” ООД, гр. Пловдив

Телефон: 032/ 671111

Факс: 032/ 670888

Email: trega@plov.net

Лице за контакт: **Трендафил Брашнаров – Управител**

“Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Телефон: 0973/ 7-20-13, 7-22-05, 7-32-74

Факс: 0973/ 7-66-70, 7-66-71

Email: ips@inpris.com

Лице за контакт: **Атанас Койчев – Управител**

“ЕнергоСервиз Пауър Солюшънс” ООД, гр. София

Телефон: 02/ 871-38-07

Факс: 02/ 871-00-96

Email: office@energoservice.bg

Лице за контакт: **Георги Манчев – Управител**

“АДЕН ГРУП” ООД, гр. София

Телефон: 0973/ 72021

Факс: 0973/ 76029

Email: office@adengroup.eu

Лице за контакт: **Евген Юревич - Управител**

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

