



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ ЗД-3874

гр.Козлодуй, 07/12 2015 г.

На основание чл. 89, ал. 6 във връзка с чл.73 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-3095/06.10.2015 г., и Заповед № АД-3755/26.11.2015 г., във връзка с Решение № ЗОП-Р-271/03.09.2015 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет **“Доставка и монтаж на аерозолно пробоотборно устройство за аварийен пробоотбор – ултра висок дебит за експресни измервания в ЗПЗМ и НЗ на “АЕЦ Козлодуй”**”.

О Б Я В Я В А М

1. Класираният участник в процедурата, съгласно избрания критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”:

Първо място - “ТУВИ” ЕООД, гр. Пловдив

Телефон: 032/64 31 58

Факс: 032/64 35 68

Email: info@tuvi-bg.com

Лице за контакти: Васил Василев

2. Участникът “ТУВИ” ЕООД, гр. Пловдив, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена”.

3. Отстраненият участник:

“ЛАБЕКСПЕРТ” ООД, гр. София

Телефон: 02/875 02 21

Факс: 02/975 38 60

Email: sales@labexpert.bg

Лице за контакти: Дарина Маринова

Мотиви за отстраняването:

правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

фактическо основание:

- липсва отделна пробоотборна линия за радиоактивен йод (дебит минимум 10 m³/h)
– пробонабиране на йодни филтри (патрони), точност на отчитане на дебита: $\leq \pm 5 \%$,
електронно;

- съгласно ТЗ № 15.УБ.ТЗ.258 има поставено изискване за 1 /един/ комплект йодни патрони – (50 бр), такъв не е предложен.

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати до всички участници и публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ



(П)ВЯРНО