



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Калибриране на еталонен радиометър тип LAPC-096”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос вх. №Ф-5649/10.09.2015г. по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Какъв е състава на работния газ който се използва?

ОТГОВОР:

Работния газ на еталонен радиометър LAPC – 096 е: P – 10 – 5 % метан и 90 % аргон.