



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**“Калибриране на еталонен радиометър тип LARC-096”**

#### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос вх. №Ф-5786/16.09.2015г. по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

#### **ВЪПРОС:**

Молим за допълнително уточнение – задължително условие за участие ли е калибрирането на брояча по активност?

#### **ОТГОВОР:**

За задължително условие да се счита калибрирането по скорост на излъчване на частици, [S-1]. Калибрирането по активност, [Bq] да се счита като опция, в зависимост от обхвата на акредитация и възможностите на калибриращата лаборатория.