



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка “Доставка на стрелкови милиамперметри“, рег. номер 00353-2015-0245

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси вх. №Ф-6941/20.11.2015 г. с искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставяме следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:**

"В Техническото задание № 2015.30.ЕЧ.ЕЕ.ТЗ.1343 в т. 1.1. е цитирано „Уредите са предназначени за измерване и визуализация на напрежение“. В тази връзка в т. 1.1.11. от гореспоменатото Т.З. е указано че уреда трябва да издържа на претоварване по ток в предел 120% от крайното значение на обхвата, който всъщност трябва да е във волтове съгласно изискването от Т.З. в т. 2.9. Моля уточнете какво трябва да измерва уреда ток или напрежение?".

**ОТГОВОР 1:** Уредите трябва да измерват ток, а да визуализират напрежение. От т.2.9 в ТЗ (таблицата) трябва да става ясно, че входния сигнал е ток от 0-5 mA, оттук и изискването за претоварване по ток съгласно т.1.1.11. а именно - уредите да издържат на претоварване по ток, в предел от 120%, в течение на 2h.

**ВЪПРОС 2:** “Уточнете за измерване на променливи или постоянни величини са предназначени уредите?“

**ОТГОВОР 2:** За уредите които трябва да визуализират напрежение от 0-300V първичната величина преди преобразувателя е постоянно напрежение. За останалите е променливо.

**УРЕДИТЕ НЕ СА ЗА ДИРЕКТНО МЕРЕНЕ.**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**

