



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:
“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории”,
публикувана в поратала за обществени поръчки на АОП с рег. № 9053194/14.05.2016г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх.№ Ф-3507/26.05.2016 г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: Обособена позиция №4- Филтри и филтърна хартия:

7	20131	филтър	Филтър мембранен, големина на порите ф0,45мм, диаметър на филтъра 47мм; опаковка от 100бр	брой	10
---	-------	--------	---	------	----

1.1. Моля да посочите материала на мембраната?

8	22630	филтър	Филтър нагънат ф24см; 1бр. опаковка=100бр. Филтри	брой	7
---	-------	--------	---	------	---

1.2. Моля да посочите филтъра за качествен или количествен анализ е. Каква е лентата?

9	22672	филтър	Филтър; бяла лента; min Filtrac; ф50мм	брой	5
---	-------	--------	--	------	---

1.3. Моля да посочите филтъра за качествен или количествен анализ е? В посоченото количество 5 бр. , какво сте имали предвид – 5 бр. филтърчета или 5 бр. опаковки по 100 бр. всяка? Моля да уточните.

ОТГОВОР № 1:

1.1. Филтър мембранен, големина на порите ф0,45мм, диаметър на филтъра 47мм; опаковка от 100бр, материал – нитроцелулоза.

1.2. Филтър нагънат ф24см; 1бр. опаковка=100бр. Филтри – бяла лента, за количествен анализ.

1.3. Филтър; бяла лента; min Filtrac; ф50мм – Филтърът е за количествен анализ. 5 опаковки по 100 броя.