



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на лабораторна апаратура”

рег. № в АОП 00353-2016-0119

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-5495 / 13.09.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата (по обособена позиция № 6 - Система дейонизаторна за ултра чиста вода) с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Моля да уточните с каква вода ще се захранва Системата дейонизаторна за ултра чиста вода, информация необходима за изготвяне на адекватна конфигурация на системата?

ОТГОВОРИ:

В т. 1.1 Описание на изработваното доставяното оборудване или материали е записано: Дейонизираната система за ултрачиста вода е апарат, който допълнително очиства *химически обезсолената вода* до ултрачиста вода. Специфичната електропроводимост на химически обезсолената вода е до 1,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

