



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в публично състезание с предмет:

„Доставка на система за визуално дистанционно изпитване на зони с ограничено пространство и вътрешна повърхност на гръбпроводи”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Изискване т. 2.1.1.2. от Техническо задание “Формат на видеосигнала – PAL или NTSC”. Във формати PAL или NTSC компания-производител предлага само резолюция 720x480 pixels. Допустимо ли е да бъде доставена камера със сигнал в цифров формат? При положителен отговор резолюция 720x1280 pixels ще бъде постигната.

ОТГОВОР 1: Да. Допустимо е да бъде доставена камера със сигнал в цифров формат, но сигналът трябва да е High Definition (Resolution name:720p; Horizontal x Vertical pixels:1280x720).

ВЪПРОС 2: Изискване т. 2.1.2.6. от Техническо задание “Носител за запис: SD/SDHC Card или USB Flash Drive”. Компания производител работи само с технология на твърдия диск. Допустимо ли е да бъде доставена апаратура с технология на твърдия диск? Внедряване на носител SD/SDHC Card или USB Flash Drive изисква допълнително време.

ОТГОВОР 2: Да. Допустимо е записващото устройство да е с технология на твърд диск, но същият трябва да е тип SSD (Solid-State Drive) и да е мобилен (External SSD с удобен слот върху корпуса на записващото устройство, с цел директно изваждане). При избор на този вариант ще е необходим и преходен кабел SSD to USB за прехвърляне на записаните данни на компютър.

ВЪПРОС 3: Изискване т. 9. от Техническо задание “Апаратура трябва да бъде доставена до 3 месеца от получаването на протокол за проверка на документите по

договора от Дирекция БиК, съгласно Инstrukция №ДБК.КД.ИН.028". Възможно ли е срокът за доставка да бъде увеличен до 5-6 месеца?

ОТГОВОР 3: Не, с оглед на това, че е предвидено оборудването да се използва по време на следващия планов годишен ремонт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

