




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на манометри”

рег. № в АОП 00353-2016-0136

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-6199/24.10.2016г., вх. №Ф-6206/25.10.2016г. и вх. №Ф-6215/25.10.2016г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

За обособена позиция № 1- Общотехнически манометри

ВЪПРОС 1: Манометър за № 19 ID 81908 „Манометър/термометър комбиниран”, молим Ви да уточните каква е дължината на термо цилиндъра и какво е присъединяването радиално или аксиално?

ОТГОВОР: Дължината на гилзата е 10 мм след края на резбата 1/4“, присъединяването е аксиално.

ВЪПРОС 2: Поз. 5 Манометър аксиален - обхват от 0 до 16 bar; кл.т.1,6; с контролна стрелка. Какво да се разбира под контролна стрелка? Това да е втора стрелка, която да може да се настройва отвън и да показва някаква максимална стойност, която да не се превишава?

ОТГОВОР: Да, това е втора стрелка, която да може да се настройва отвън и да показва някаква максимална стойност, която да не се превишава.

ВЪПРОС 3: Поз. 19 Манометър/термометър комбиниран. Какво да е присъединяването - радиално или аксиално?

ОТГОВОР: Аксиално.

ВЪПРОС 4: Поз. 5 – Контролната стрелка на стъклото с възможност за преместване ли е или отсичаща пиковото налягане (запомняща стрелка)?

ОТГОВОР: Стрелката е отсичаща пиковото налягане (запомняща стрелка).

ВЪПРОС 5: Поз. 18 Манометърът изцяло трябва да бъде неръждаем или само корпуса?

ОТГОВОР: Корпуса и щуцера трябва да са от неръждаема стомана, бурдоновата тръба съгласно изискванията от ТС.

ВЪПРОС 6: Поз. 19 Манометърът трябва ли да е от одобрен тип. Присъединяването трябва да бъде аксиално или радиално?

ОТГОВОР: Манометърът не трябва да бъде одобрен тип, присъединяването е аксиално.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

