



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в
процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
“Доставка на манометри”
рег. № в АОП 00353-2016-0136

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-6290/31.10.2016г. от заинтересовано лице от процедурана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

За обособена позиция № 1- Общотехнически манометри

ВЪПРОС 1: От отговорите на втори и четвърти въпроси не става ясно дали втората стрелка е:
- само контролна, червена стрелка, настройвана от оператора на номинална работна стойност и не се увлича от работната стрелка,
- или втората стрелка се увлича от работната стрелка и остава на пиковата стойност.

ОТГОВОР: По зададения уточняващ въпрос за контролната стрелка, Ви уведомяваме, че това е втора стрелка, която се настройва отвън и се наглася на някаква максимална стойност, която не трябва да се превишава. Това, че се настройва отвън означава, че нейното управление е само отвън и не се увлича от работната стрелка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

