

## ДОГОВОР

№ 170000002.....

Днес, 09.02.2017 год. в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“Екоелектрик” ЕООД, гр. Стара Загора, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203414695, представлявано от Желязко Калчев Георгиев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД- 23/05.01.2017г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Доставка на манометри**” се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на манометри, наричани за краткост "стока". Предметът обхваща **Обособена позиция № 1 – „Общотехнически манометри”**

1.2. Стоката по т.1.1 е конкретизирана в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 16.АЕЦ.ТСП.106 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

### 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **19 227,20** лева (деветнадесет хиляди двеста двадесет и седем лева и 20 ст.) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2016.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Търговска Банка Д АД;  
IBAN: BG92DEMI92401000156396  
BIC: DEMIBGSF.

### 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

#### 4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

##### ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика
- Декларация за произход
- Условия за съхранение
- Паспорти на изделията

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ и специализиран входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на



приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. На стоката предмет на настоящия договор ще бъде извършен и специализиран входящ контрол в отдел "Метрологично осигуряване", управление "Качество" на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно класификатор № 30.ОУ.00.КЛ.71/0. При констатиране на отклонения от метрологичните характеристики на стоката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.4. Доставената стока да бъде с дата на производство не по-рано от 12 месеца, считано от датата на доставка.

5.5. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.

5.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.7. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 45 (четиридесет и пет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.5.

5.8. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.5./.

5.9. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 16.АЕЦ.ТСП.106 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Валентин Стефанов – Технолог ПЕД, ЕП-2 тел.: 0973/74186.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Желязко Георгиев – Управител, тел.: 0887 944 966.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Екоелектрик” ЕООД  
6000 гр. Стара Загора  
ж.к. “Железник”  
ул. “Старозагорско въстание” № 18, вх. Б, ет. 1, ап. 49  
тел/факс: 0887944966  
E-mail: [ecoelectric@abv.bg](mailto:ecoelectric@abv.bg)  
ЕИК: 203414695  
ИН по ЗДДС: BG 203414695

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:  
ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ



### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН АНДРЕЕВ

### Съгласували:

Зам. изп. директор:.....  
01.02.2017 г. /Ц. Бачийски/

Директор “Производство”:.....  
21.01 2017 г. /Я. Янков/

Директор “И и Ф”:.....  
31.07 2017 г. /Г. Кирков/

Р-л У-е “Правно”:.....  
31.01 2017 г. /Ив. Иванов/

Р-л У-е “Търговско”:.....  
30.01 2017 г. /М. Латева/

Технолог ПЕД, ЕП-2:.....  
26.01 2017 г. /В. Стефанов/

Гл. юриконсулт, У-ние “П”:.....  
30.01 2017 г. /В. Гетов/

Н-к отдел “ОП”:.....  
24.01 2017 г. /С. Брешкова/

Изготвил: Експерт “ОП”:.....  
24.01 2017 г. /М. Маринова/



## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	9
16.	НЕУСТОЙКИ .....	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	11

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприменими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.
- 1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:
  - 2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
  - 2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
  - 2.3.2. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.



#### 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.10. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще



го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за изпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

## 6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.



## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.



10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.



11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;



- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;  
12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

### 13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.,

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

### 14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.



14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

## 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.



17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.



22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Екоелектрик” ЕООД  
6000 гр. Стара Загора  
ж.к. “Железник”

ул. “Старозагорско въстание” № 18, вх. Б, ет. 1, ап. 49

тел/факс: 0887944966

E-mail: [ecoelectric@abv.bg](mailto:ecoelectric@abv.bg)

ЕИК: 203414695

ИН по ЗДДС: BG 203414695

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ



#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН АНДРЕЕВ



01.02.15



Блок: 5,6

УТВЪРЖДАВАМ

Система: 00

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО:

Подразделение: ЕП-2



...18... 07... 2016 г.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 16. АЕЦ, ТСА, АСГ

за доставка на манометри

### 1. Описание на доставката

#### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Манометрите са необходими за извършване на измервателни дейности и подмяна на съществуващи такива негодни за употреба. Те са групирани в 4 обособени позиции според спецификата им:

- Обособена позиция №1 – Общотехнически манометри;
- Обособена позиция №2 – Електроконтактни манометри;
- Обособена позиция №3 – Цифрови манометри;
- Обособена позиция №4 – Концентратор на данни.

Концентратор MBus е необходим за обработка и дистанционно предаване на данни от абонатни станции, както и подмяна на съществуващи такива, негодни за употреба.

#### 1.2. Обхват на доставката

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, еднократно, съгласно техническата спецификация - Приложение №. 1.



## **2. Основни характеристики на оборудването и материалите**

### **2.1. Класификация на оборудването**

За обособена позиция №2 - Клас по безопасност – 4-Н, съгласно НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций", ОПБ – 88/97; Категория по сеизмостойчивост – 3, НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций", която се осигурява по действащите национални норми за строителство в земетръсни райони. Клас по качество - \_NC-V (осигурява се по общопромислени стандарти за този вид оборудване).

### **2.2. Квалификация на оборудването**

За обособена позиция № 1 - Манометри за пряко измерване на налягане на течни, газообразни и паробразни среди, метален корпус, чувствителен елемент - бурдонова тръба, измерителна система – бронз, добре закрепено и уплътнено стъкло за визуализация, показания - „Pa“ и кратните, върху циферблата да имат изписани фабрични номера за идентификация на манометъра;

За обособена позиция № 2 - Доставените манометри трябва да са с конструкция на контактната система, предназначена за измерване на пулсиращо налягане; измерван флуид вода, температура на околната среда:  $0 \div +50^{\circ}\text{C}$ . Относителна влажност на въздуха: до 80%; Контактна система с 2бр електрически контакти. Контакт "MIN": затворен, при  $P < P_{\text{min}}$ . Контакт "MIN": отворен при  $P > P_{\text{min}}$ . Контакт "MAX": затворен, при  $P > P_{\text{max}}$ . Контакт "MAX": отворен при  $P < P_{\text{max}}$ . Максимално напрежение на контактната система: 250 VAC; Продължителен товар на контактната система: до 0,5A; Степен на защита на кабелните присъединения: IP 55.

За обособена позиция № 3 - Доставения цифров вакуумметър трябва да бъде с обхват на измерване от 0 до 1600 Pa, работна температура от 2 до  $52^{\circ}\text{C}$  и захранване 9V.

За обособена позиция №4 – Доставените концентратори на данни да са версия SMB V.1. и да събират информация от устройства, снабдени с Mbus интерфейс.

### **2.3. Физически и геометрични характеристики**

Съгласно техническата спецификация - Приложение №1

### **2.4. Характеристики на материалите**

Съгласно техническата спецификация - Приложение №1



## **2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

Съгласно техническата спецификация - Приложение №1

## **2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения**

Не се изисква.

## **2.7. Нормативно-технически документи**

Изработването на манометрите е съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя, но отговарящи на:

- БДС EN837-1:2001 – “Уреди за измерване на налягане. Част 1: Уреди за измерване на налягане с бурдонова тръба. Размери, метрология, изисквания и изпитване”;
- БДС EN837-2:2001 – “Уреди за измерване на налягане. Част 2: Препоръки за избор и монтаж на уреди за измерване на налягане”;
- Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

## **2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Гаранционен срок – мин. 24 месеца от датата на доставка.

Година на производство – не по-рано от 12 месеца от датата на доставка.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Манометрите да бъдат подходящо опаковани (единично или в комплекти).

### **3.2. Условия за съхранение**

Съгласно изискванията на завода производител.

## **4. Входящ контрол**

Доставката се приема по реда на “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ“Козлодуй””, ДОД.КД.ИК.112 и преминава общ и специализиран входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика.
- Декларация за произход;
- Условия за съхранение;
- Паспорти на изделията.

За подпозиция №2 от Обособена позиция №3 – Свидетелство/сертификат за калибриране и инструкция за работа.



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ID	Диаметър, обхват, клас на точност, присъединяване	К-во
<b>I. Общотехнически манометри</b>			
1.	100336	Мановакууметър - обхват от (-) 100 +500 kPa; кл.т. 1.6; ф 100 мм; резба М 20x1.5; радиално присъединяване	55
2.	100338	Мановакууметър - обхват от (-) 100 +150 kPa; кл.т. 1.6; ф-100 мм; резба М 20x1.5; радиално присъединяване	50
3.	112325	Манометър за кислород - обхват 0 – 25 MPa; кл.т. 2.5, ф 60 мм или 63 мм; радиален шупер-М 12x1.5, с метален корпус, за редуцир -вентил	3
4.	112326	Манометър за кислород. обхват 0 - 1.6 MPa; кл.т. 2.5, ф 60 мм или 63 мм; радиален шупер-М- 12x1.5, с метален корпус, за редуцир -вентил	3
5.	121326	Манометър аксиален - обхват от 0 до 16 bar; кл.т. 1.6; с контролна стрелка; ф 63 mm; присъединителен размер 1/4"	50
6.	29739	Манометър - обхват 0 – 1.6 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	169
7.	29740	Манометър - обхват 0 – 16 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	50
8.	29744	Манометър - обхват 0 – 250 kPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	56
9.	29774	Манометър - обхват 0 – 6 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	87
10.	29962	Манометър - обхват 0 – 1 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	110
11.	29965	Манометър - обхват 0 – 2.5 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	50
12.	29970	Манометър - обхват 0 – 25 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	10
13.	29975	Манометър - обхват 0 – 400 kPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	100
14.	29982	Манометър - обхват 0 – 600 kPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	119
15.	30192	Манометър - обхват 0 – 4 MPa; кл.т.1.6; ф 100 мм; М 20x1.5; присъединяване радиално	50



16.	30571	Мановакуумметър - обхват (-) 100 +300 kPa; кл.т. 1,6; ф-100 мм; резба М 20х, радиално присъединяване	45
17.	30583	Манометър - обхват 0 – 10 MPa; кл.т.1,6; ф 100 мм; М 20х1,5; присъединяване радиално	25
18.	99886	Манометър глицеринов, нерждаем – обхват 0 – 40 MPa, кл. т. 1,6, ф 63 мм, аксиално присъединяване G1/4	10
19.	81908	Манометър/термометър комбиниран – обхват Р от 0 до 6 Bar (600kPa); t от 0 до 120 °С; ф 80 мм, 1/4"; джоб шестограм 21 мм, и резба 1/2"	60
<b>II. Електроконтактни манометри</b>			
1.	30200	Манометър електроконтактен; ДМ2005СгУ3; обхват от 0 до 16 kgf/cm <sup>2</sup> ; кл.т. 1,5; ф 160 мм; резба М 20х1,5; присъединяване радиално	5
2.	30556	Манометър електроконтактен; ДМ2005СгУ3; обхват от 0 до 1,6 kgf/cm <sup>2</sup> ; кл.т. 1,5; ф 160 мм; резба М 20х1,5; присъединяване радиално	2
3.	30557	Манометър/ Манометър показващ и сигнализираш/ тип ЭКМ-1У 0 – 10 kgf/cm <sup>2</sup> ; кл.т. 1,5; ф 160 мм; резба М 20х1,5; присъединяване радиално	10
4.	30561	Манометър електроконтактен; ДМ2005СгУ3; обхват от 0 до 40 kgf/cm <sup>2</sup> ; кл.т. 1,5; ф 160 мм; резба М 20х1,5; присъединяване радиално	5
<b>III. Цифрови манометри</b>			
1.	101532	Вакуумметър цифров, обхват - от 0 до 1600 Pa, работна температура: от 2 до 52 °С, захранване 9V Тип на сензора: термистор, Свърх налягане 20 bar Накрайник 1/4" male Flare fitting, прецизност +/- 10%(0 до 133 Pa).	3
2.	97735	Микроманометър, обхват - от 0 до 100 hPa с вграден сензор за измерване на диференциално налягане, двуредов дисплей, промяна на мерните единици (параметри)- ( Pa,hPa, mbar, mmHg, inHg, inH O, psi, m/s ), автоматично изключване , нулиране. Разделителна способност - (0,01hPa, 0,01 inH O ), точност- (±0,03 hPa (0-0,30 hPa) ±0,05 hPa (0-1,00 hPa). Честота на измерване-0,3s. Клае на защита - IP54	4
<b>IV. Концентратор MBus</b>			
1.	115680	Концентратор Mbus SMB V.1, модул за събиране на данни от устройства, снабдени с Mbus интерфейс	5





# “А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д, гр. Козлодуй

Утвърждавам,

Главен инженер ЕП2:.....

10.08.2016 г. /Атанас Атанасов/

КЛАСИФИКАТОР № 30.04.00.КА.71/0

## За входящ контрол на детайли, възли, полуфабрикати и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

№ по ред	Наименование на детайла, възела и др.	№ на детайла, възела	Изполван за изделие	Техническа документация		Контролни показатели или номер на технологичната карта за контрол	Обем на контрола					
				чертеж.№	ТУ №, стандарт №							
1	Манометри за пряко измерване на налягане.	3	4	5	6	7	8					
1.	Манометри за пряко измерване на налягане.	3	Измерване на налягане.	5	Методика за метрологична проверка на манометри, вакуумметри и мановакуумметри № УК.МО.МТ.882. Изработването на манометрите да отговаря на: - БДС EN837-1:2001 - БДС EN837-2:2001 - Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.	1. Наличие на съпроводителна документация 2. Външен оглед, проверка на маркировката: - наличие на надписи означения - наличие на знак или наименование на завода производител. - скалата и обозначенията по нея трябва да бъдат четливи - наличие на фабричен номер - да няма механични повреди и следи от корозия 3. Проверка окомплектоване съгласно експлоатационната документация	100% 100% 100%					
2.	Манометър електроконтактен.		Измерване на налягане.		"Методика за метрологична проверка на средства за измерване на налягане с контактно устройство № УК.МО.МТ.1104" Изработването на манометрите да отговаря на: - БДС EN837-1:2001 - БДС EN837-2:2001 - Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.	4. Метрологична проверка 5. Определение на метрологичните характеристики. (допустими грешки)	100% 100%					
Изменение	Бр.	№ на документа	Дата	Изменение	Бр.	№ на документа	Дата	Подпис	Дата	Подпис	Дата	Обем на контрола
												лист
												вс. листа



СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:  
 "Доставка на манометри"

За Обособена позиция №1 /Общотехнически манометри/

№	ID	Наименование, основни характеристики, (типичен, обхват, клас на точност, присъединяване, Квалификация съгласно т. 2.2. от ТУ и Класификация съгласно т. 2.1. от ТУ - за ОП № 2	Кол-во	Е.пш. Мярка	Каталожен номер, стандарт, нормативен документ и др.	Производител и страна на произход	Срок на доставка 60 кал. дни	Гаранционен срок ( 24 месеца)	Забележка/ позиция по приложен каталог
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	100336	Манометър с тръбна пружина, модел ПН.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: -100...+500 kPa Процесна връзка: M20 x 1,5 Позиция на конектора: долен шупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозореч: стъкло Клас на точност: клас 1,6 Изписан серийн номер на циферблата	55	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца	
	100338	Манометър с тръбна пружина, модел ПН.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: -100...+150 kPa Процесна връзка: M20 x 1,5 Позиция на конектора: долен шупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозореч: стъкло Клас на точност: клас 1,6 Изписан серийн номер на циферблата	50	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца	
2									
	112325	Манометър с тръбна пружина, модел ПН.П Номинална големина: 63 mm Обхват : 0...2,5 MPa Процесна връзка : M12x1,5 Позиция на конектора: радиален шупер Метален корпус боядисан в цвят месинг Клас на точност: клас 2,5 Изписан серийн номер на циферблата	3	бр.	PM.01.03	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца	
3									



112326	Манометър с тръбна пружина, модел ПН-11 Номинална големина: 63 mm Обхват : 0... 1,6 MPa Процесна връзка : M12x1,5 Позиция на конектора: радиален шупер Метален корпус боядисан в цвят месинг Клас на точност: клас 2,5 Изписан серийн номер на циферблата	3	бр.	PM.01.03	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
121326	Манометър с тръбна пружина, модел ПН-12 Номинална големина: 63 mm Обхват : 0... 1,6 bar Процесна връзка: G1/4" Позиция на конектора: заден шупер Пластмасов корпус и прозорци Втора контролна, пластмасова стрелка за задаване на максимална стойност, настройка отвън Клас на точност: клас 1,6 Изписан серийн номер на циферблата	50	бр.	PM.01.09	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
29739	Манометър с тръбна пружина, модел ПН-10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0... 1,6 MPa Процесна връзка: M20 x 1,5 Позиция на конектора: долен шупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1,6 Изписан серийн номер на циферблата	169	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
29740	Манометър с тръбна пружина, модел ПН-10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0... 1,6 MPa Процесна връзка: M20 x 1,5 Позиция на конектора: долен шупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1,6 Изписан серийн номер на циферблата	50	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
29744	Манометър с тръбна пружина, модел ПН-10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0... 250 kPa Процесна връзка: M20 x 1,5 Позиция на конектора: долен шупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1,6	56	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца

с-2

9	29774	Изписан сериен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...6 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	87	бр.	PM.01.01	WIK-A-Германия	60 кал. дни	24 месеца
10	29962	Изписан сериен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...1.0 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	110	бр.	PM.01.01	WIK-A-Германия	60 кал. дни	24 месеца
11	29965	Изписан сериен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...2.5 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	50	бр.	PM.01.01	WIK-A-Германия	60 кал. дни	24 месеца
12	29970	Изписан сериен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...2.5 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	10	бр.	PM.01.01	WIK-A-Германия	60 кал. дни	24 месеца
13	29975	Изписан сериен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...400 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло	100	бр.	PM.01.01	WIK-A-Германия	60 кал. дни	24 месеца





14	29982	Клас на точност: клас 1.6 Изписан серийен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...+600 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	119	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
15	30192	Изписан серийен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...+4 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	50	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
16	30571	Изписан серийен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: -100...+300 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	45	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
17	30583	Изписан серийен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...10 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорци: стъкло Клас на точност: клас 1.6	25	бр.	PM.01.01	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца
18	99886	Изписан серийен номер на циферблата Манометър с трибна пружина, модел 213.53 Номинална големина: 63 mm Обхват: 0...+40 MPa Процесна връзка: G1/4 Позиция на конектора: аксиално Илюксов корпус: напълнен с глицерин и измервателен механизъм от медна сплав	10	бр.	PM.02.12	WIKА-Германия	60 кал. дни	24 месеца

81908	Клас на точност: клас 1.6 Изписан серийен номер на циферблата Гермоманометър ТНМ10 Измервателна система: медна сплав Номинална големина: 080 mm Обхват: 0...6 bar Температурен обхват: 0 ... 120°C G 1/4 В с възвратен клапан от медна сплав 1.4" x 1/2"	60	бр.	PM.01.24	WPKA-Германия	60 кал. дни	24 месеца
19	Пластмасов корпус и прозорек Позиция на конектора: аксиален шупер Изписан серийен номер на циферблата Технически данни по проспекта PM.01.24						

1. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои средства и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
2. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 45 (четирдесет и пет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Желязко Георгиев

05.11.2016г.

Управител

„ЕКОЕЛЕКТРИК“ ЕООД





## ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:  
 " Доставка на манометри "

За Обособена позиция № 1 "Общотехнически манометри"

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Ко-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	100336	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: -100...+500 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	55	17.20	946.00
2	100338	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: -100...+150 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	50	17.20	860.00
3	112325	Манометър с тръбна пружина, модел 111.11 Номинална големина: 63 mm Обхват : 0...25 MPa Процесна връзка: : M12x1.5 Позиция на конектора: радиален щуцер Метален корпус боядисан в цвят месинг Клас на точност: клас 2.5 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	3	20	60.00
4	112326	Манометър с тръбна пружина, модел 111.11 Номинална големина: 63 mm Обхват : 0...1.6 MPa Процесна връзка: : M12x1.5 Позиция на конектора: радиален щуцер Метален корпус боядисан в цвят месинг Клас на точност: клас 2.5 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	3	20.00	60.00
5	121326	Манометър с тръбна пружина, модел 111.12 Номинална големина: 63 mm Обхват : 0...16 bar Процесна връзка: G1/4"	Бр.	50	15.00	750.00

		Позиция на конектора: заден щупер Пластмасов корпус и прозорец Втора контролна, пластмасова стрелка за задаване на максимална стойност, настройка отвън Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата				
6	29739	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...1.6 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	169	17.20	2 906.80
7	29740	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...1.6 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	50	17.20	860.00
8	29744	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...+250 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	56	17.20	963.20
9	29774	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...6 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	87	17.20	1 496.40
10	29962	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...1.0 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щупер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	110	17.20	1 892.00
11	29965	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...2.5 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5	Бр.	50	17.20	860.00



		Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата				
12	29970	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...25 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	10	17.20	172.00
13	29975	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...+400 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	100	17.20	1 720.00
14	29982	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...+600 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	119	17.20	2 046.80
15	30192	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...4 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	50	17.20	860.00
16	30571	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: -100...+300 kPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	45	17.20	774.00
17	30583	Манометър с тръбна пружина, модел 111.10 Номинална големина: 100 mm Обхват: 0...10 MPa Процесна връзка: M20 x 1.5 Позиция на конектора: долен щуцер	Бр.	25	17.20	430.00

		Измерителна система - медна сплав Кутия: черна стомана, прозорец: стъкло Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата				
18	99886	Манометър с тръбна пружина, модел 213.53 Номинална големина: 63 mm Обхват: 0...40 МРа Процесна връзка: G1/4 Позиция на конектора: аксиално Иноков корпус напълнен с глицерин и измервателен механизъм от медна сплав Клас на точност: клас 1.6 Изписан сериен номер на циферблата	Бр.	10	25.00	250.00
19	81908	Термоманометър ТНМ10 Измервателна система: медна сплав Номинална големина: 080 mm Обхват: 0...6 bar Температурен обхват: 0 ... 120°C G 1/4 В с възвратен клапан от медна сплав 1/4" x 1/2" Пластмасов корпус и прозорец Позиция на конектора: аксиален шуцер Изписан сериен номер на циферблата Технически данни по проспект РМ.01.24	Бр.	60	22.00	1 320.00
<b>ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА</b> в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2016, словом: (деветнадесет хиляди двеста двадесет и седем лева и двадесет стотинки).						19227,20

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Желязко Георгиев

05.11.2016г.

Управител

„ЕКОЕЛЕКТРИК“ - ЕООД