



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови лабораторни камини”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови лабораторни камини”, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org](http://www.kznpp.org) / **Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 35987**

**Въпрос:** Какво да бъде покритието на стените? Какво се има в предвид под липса на открити метални елементи?

**Отговор:** В камините ще се работи основно с концентрирани разтвори на агресивни неорганични киселини (конц. солна, азотна, сярна и др.), които ще бъдат изпарявани до сухо чрез нагряване на нагревателни плочи при 200-300 градуса. Покритието на стените на камината трябва да осигурява ефективната корозионна и термична защита на стените и предпазването им от контакт с отделяните агресивни химични газове за времето на жизнения им цикъл. По същата причина и металните елементи трябва да бъдат обработени с подходящо антикорозионно покритие, устойчиво на силноагресивни химични вещества (хлороводород, серни, азотни оксиди и др.).

**Въпрос:** Техническа характеристика на водната помпа и за какво ще служи?

**Отговор:** Водната помпа ще служи за създаване на вакуум, за да се филтрират химични разтвори, съдържащи утайки и суспензии. Крайно налягане на изхода на помпата - 15 до 20 mbar (1-6 mbar налягане на водата във водопроводната мрежа), химически устойчива, консумация на вода 200-300 L/h.

**Въпрос:** Трябва ли да има захранваща (права) вода?

**Отговор:** Да, камината (заради водната помпа) трябва да бъде свързана към съществуващата ВиК инсталация.

Всички други условия в обявлението за конкретната поръчка остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 / 7 6163, или електронен адрес [ctyotova@npp.bg](mailto:ctyotova@npp.bg).