



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови лабораторни камини”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови лабораторни камини”, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 35987**

Въпрос: В изискванията е посочено, че новите камини ще бъдат подвързани към вече съществуваща вентилация. Необходима е информация за дебита на смукателната вентилация и дали всяка от новите камини ще бъде подвързана към отделен вече съществуващ вентилатор?

Отговор: Всяка от камините трябва да бъде подвързана към отделен вентилатор с дебит 2500 m³/h и налягане на изхода на вентилатора - 970 Pa.

Въпрос: В заданието е посочен цвят на подвижната врата (тъмносин). Има се предвид цвят на рамката на вратата ли? И допустимо ли е да се оферират камини с друг цвят на рамката?

Отговор: Да, тъмносин цвят (или сходен, от сорта на Hex #004887/ RGB=0,72,135) на рамката на вратата, вкл. и корпуса, на който е закрепена и се движи рамката. Това изискване е обусловено от факта, че една от съществуващите камини няма да бъде подменена и тя е с тъмносин цвят на рамката на вратата/корпуса. Старата и новите камини ще бъдат разположени непосредствено една до друга.

Въпрос: В заданието е посочено, че под камината трябва да се инсталира шкаф на колелца за съхранение на реактиви. Шкафовете за реактиви се подвързват към смукателната вентилация и колелцата (а и подвижността им) не са съвместими. Необходимо ли е тези шкафове да са подвързани към смукателната вентилация?

Отговор: Шкафовете няма да се подвързват към смукателната вентилация.

Въпрос: В заданието не са посочени европейски или български стандарти, на които трябва да отговарят лабораторните камини. Не е необходимо да отговарят на каквито и да е европейски или български стандарти?

Отговор: Камините ще се използват за работа със силноагресивни концентрирани минерални киселини (солна, азотна, сярна) при повишена температура - в резултат от нагряване за киселинно разлагане на анализиранияте проби, както и изпарение до сухо на

концентрирани разтвори на гореизброените киселини. Изискванията ни са за повишена киселиннoустойчивост и термоустойчивост на материалите и повърхностите им, за да се запази целостта им в продължение на нормалния експлоатационен срок (поне 10 години). Повърхностите на вътрешното работно пространство на камините трябва да подлежат на почистване с разредени водни разтвори (етанол, органични киселини - ЕДТА, оксалова и др.).

Всички други условия в обявлението за конкретната поръчка остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 / 7 6163, или електронен адрес ctyotova@npp.bg.