

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, подпозиция 11 - Статив за сепариращи (делителни) фунии за 4 бр. делителни фунии от 500 ml, и 1000 ml, материал РР, диаметър на основата ф 400 mm; височина 80 mm.

Ще приеме ли Възложителят статив за сепариращи (делителни) фунии за **6 бр.** делителни фунии от 500 ml, и 1000 ml, материал РР, диаметър на основата ф 400 mm; височина 80 mm?

ОТГОВОР 1:

ДА

ВЪПРОС 2:

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4. ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ – ПЛАСТМАСОВИ, подпозиция 8- Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 5 ml \pm 0,05 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа

Поради факта, че не се предлага цилиндър РМР 5 ml клас на точност А, ще приеме ли Възложителят - Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), **10 ml \pm 0,2ml**, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа?

ОТГОВОР 2:

Ще приемем замяна на 5 ml цилиндър РМР (подпоз.8) с 10 ml (клас А) или 5 ml от друг материал - РР или РФА.

ВЪПРОС 3:

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ, подпозиция 4 - Филтър бяла лента, целулозен, № 389, диаметър 50 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри.

Ще приеме ли Възложителят филтри с диаметър 55 mm?

Или се касае за техническа грешка в спецификацията и диаметърът на филтъра трябва да бъде 150 mm?

ОТГОВОР 3:

Няма техническа грешка в диаметър на филтъра от Обособена позиция № 5, подпозиция 4. Възложителя няма да приеме филтър бяла лента с диаметър 55 mm, моля придържайте се към изискванията на техническа спецификация на АЕЦ “Козлодуй”-ЕАД, диаметъра на искания от нас филтър е 50 mm.