



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ ЗА
ИЗРАБОТКА НА БЛОКОВИ АБОНАТНИ
СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ”
РЕГ. № 00353-2017-0043

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси вх.№Ф-2489/18.04.2017 г. и вх.№Ф-2545/19.04.2017 г. предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС: „Възможно ли е да участваме само по ТС №17.ТС.СПЦ.1 Доставка на ултразвукови топломери за дистанционно отчитане?”

ОТГОВОР: НЕ. Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции и участието е с оферти, включващи всичко описано в приложената спецификация в табличен вид, съдържаща наименование, технически характеристики и количества на исканите материали. Приложените две технически спецификации указват техническите данни и изисквания.

ВЪПРОС: „На кой е задължение определянето на основната грешка на 100% от по-горе изброените уреди(температурни сензори, биметални термометри и манометри) – на вътрешните компетентни органи на АЕЦ Козлодуй или на изпълнителя по договора?”

ОТГОВОР: В цитираните в класификатора методики (колонка 6) има формули по които се определя основната грешка, което е и основна метрологична и техническа характеристика на уредите. Доставчикът трябва да представи само техническата спецификация на уредите с посочени характеристиките, примерно: обхват 0-10 МРа, грешка - 1.5 % и т. н.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

