



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Доставка на измервателни инструменти”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

За Обособена позиция № 2 – „Микрометри, шублери, вятромери, дълбокомери, индикаторни часовници”

ВЪПРОС: Позиция 6, Микрометър - Какво означава комбиниран? Също така при деление на скалата 0.01mm, според мен няма как да има точност 0.001mm. Може би трябва да се придържам към единия показател - деление на скалата 0.01mm.

ОТГОВОР: Микрометърът е комбиниран - защото с едно тяло могат да се извършват измервания в диапазон от 100mm (300-400mm) при нормално от 25mm. Точност на микрометъра - 0,01mm.

ВЪПРОС: Позиция 7, Вятромер: Какъв трябва да бъде - механичен или дигитален? Също така при деление на скалата 0.01mm, според мен няма как да има точност 0.001mm. Може би трябва да се придържам към единия показател - деление на скалата 0.01mm. Може ли да предложим вятромер с обхват 100-500mm?

ОТГОВОР: Вятромер – механичен, с точност 0,01mm. Обхвата да е съгласно изискванията на Техническа спецификация № 2017.30.ОСО.00.ТСП.1619, приложение към Обявата.

ВЪПРОС: Позиция 9, Шублер: Описани са два вида обхват 0-150 и 0-300mm и два вида точност, за един брой шублер. Моля да уточните с какъв обхват, с каква точност и какъв вид - механичен или дигитален, трябва да е шублера.

ОТГОВОР: Предоставили сме отговор на този въпрос в Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувани на 17.05.2017 г.