



## ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

### РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
“Доставка на измервателни инструменти”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**За Обособена позиция № 2 – „Микрометри, шублери, вътромери, дълбокомери, индикаторни часовници”**

**ВЪПРОС:** В графа „Други изисквания” на подпозиция № 1 и подпозиция № 2 е отбелязано съответствие с DIN 862 (DIN 862: „Шублери. Изисквания и изпитване”), въпреки че се искат триточкови вътромери. Стандартът отговарящ за вътрешни микрометри е DIN 863-4. Моля за Вашето потвърждение, че вътромерите следва да са в съответствие с DIN 863-4.

**ОТГОВОР:** Допусната е техническа грешка, вътромерите от подпозиция № 1 и подпозиция № 2 да съответстват на DIN 863-4.

**ВЪПРОС:** За подпозиция № 2 е зададено изискване крайниците да са с титаново покритие (TiN). Моля за Вашето потвърждение, че приемате крайниците за вътромера да са с еквивалентно или по-висококачествено твърдосплавно покритие – материал с по-висока твърдост и по-добра износоустойчивост от TiN.

**ОТГОВОР:** Допуска се крайниците на вътромерите да са с еквивалентно или по-добро покритие от титаниевото, но следва да докажете, че материалът от който са изработени крайниците е с по-висока твърдост и по-висока износоустойчивост.