

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
08.06.2018 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 22.06.2017г., в изпълнение на Заповед № АД-1908/22.06.2017г. се събра комисия в състав:

Председател: Николай Герчев – Ръководител сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
Членове: 1. Димитър Димитров – Главен експерт, Сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, Сектор „ИД”, У-ние „Инвестиции”
3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт ,У-ние “Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на алфа спектрометрична апаратура”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. Публичното състезание е стартирано с Доклад с рег. № И-272/28.02.2017г. от Ръководител Управление Инвестиции, Решение № 6.1.4. на Съвет по „Икономика и финанси” от Протокол № 6/15.03.2017 г. и Решение № 16.1.3.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол № 16/21.04.2017 г.

2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-96/30.05.2017г.

3. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 30.05.2017г. до РОП с № ЗОП-О-172.

4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0074, с прогнозна стойност 150 000.00лв. и критерии за възлагане „най-ниска цена”.

5. В определеният краен срок – 16:00 ч. на 20.06.2017г., в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти:

1. Вх. № ОП-731/20.06.2017г./10:43ч. на **„Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София**
2. Вх. № ОП-740/20.06.2017г./15:14ч. на **„Тита Консулт” ООД, гр. София**
3. Вх. № ОП-741/20.06.2017г./15:21ч. на **„Балтик Сайънтикфик Инструмънтс” ООД, Латвия**

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертите и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията се подписаха на Техническите предложения на участниците и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Съставен е Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП, съгласно който участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да представят допълнителни документи и/или информация. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е неразделна част от настоящия протокол.

По отношение на констатираните несъответствия, следва да се представят допълнителни документи и/или информация в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола по чл. 54, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

На 04.07.2017 г в изпълнение на Заповед № АД-1908/22.06.2017г. се събра комисия в състав:

Председател: Николай Герчев – Ръководител сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
Членове: 1. Димитър Димитров – Главен експерт, Сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
2. Юлиан Тошев – Експерт “ИД”, Сектор „ИД”, У-ние „Инвестиции”
3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт ,У-ние “Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “**Доставка на алфа спектрометрична апаратура**”

Комисията констатира:

1. На 23.06.2017г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до всички участници.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е 16.00 часа на 30.06.2017 г. В този срок са постъпили допълнителни документи от:

1. Вх. № ОП-789/30.06.2017г./10:12ч. на „**Канбера Пакард България**” ЕООД, гр. **София**

2. Вх. № ОП-792/30.06.2017г./10:45ч. на „**Балтик Сайънтифик Инструментс**” ООД, **Латвия**

Допълнителните документи бяха отворени и разгледани от състава на комисията.

Комисията приема представените документи за съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допуска участниците до разглеждане на Техническите предложения.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения както следва:

Техническо предложение на „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София

Участникът е предложил ALPHA ANALYST -8 INPUT BENCH instrument, производство на Mirion Technologies (Canberra) Inc, USA; Общ срок за изпълнение на поръчката – 120 календарни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „БиК”; Гаранционен срок в рамките на 24 месеца от въвеждане в експлоатация. В Техническото предложение на Участника **като количество е предложено 2 броя алфа спектрометрична апаратура, което не отговаря** на изискванията от Техническото задание на Възложителя, в което е посочено изискването за доставка на **1 брой** алфа спектрометрична апаратура.

Техническо предложение на „Тита Консулт” ООД, гр. София

Участникът е предложил ALPHA ENSEMBLE-8, производство на АМТЕК ORTEC, САЩ; общ срок за изпълнение на поръчката – 120 календарни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „БиК”; Гаранционен срок в рамките на 24 месеца от въвеждане в експлоатация.

Техническо предложение на „Балтик Сайънтифик Инструмънтс” ООД, Латвия

Участникът е предложил Многоканален алфа спектрометър α -8, Балтик Сайънтифик Инструмънтс, Латвия; Общ срок за изпълнение на поръчката – 134 календарни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „БиК”; Гаранционен срок в рамките на 24 месеца от въвеждане в експлоатация.

След преглед на Техническите предложения на Участниците, комисията реши:

Да изиска разяснения относно данните посочени в техническата оферта на участниците „Тита Консулт” ООД, София и „Балтик Сайънтифик Инструмънтс”, Латвия, а именно:

✓ За „Тита Консулт” ООД, гр. София: Как е реализирано обработка на сигнала след предусилвателя чрез а) аналогов усилвател + ADC или б) DSP; Как се преобразува сигнала от аналогов в цифров – а) отделен МСА за всяка камера или б) мултиплексор и общо ADC (да се уточни тип на ADC); Как се извършва управлението на параметрите на обработката на сигнала – високо напрежение, усилване, времеконстанти, параметри на ADC и други подобни – да се уточни кои от тях се управляват за няколко камери едновременно (съответно за колко) или не се управляват (фиксиран са за системата); Как се извършва управление на вакуума на камерите – а) индивидуално за всяка камера или б) на групи (съответно на какви групи); Управлението на вакуум помпата автоматично ли е (чрез софтуера) или не е.

✓ За „Балтик Сайънтифик Инструмънтс” ООД, Латвия: Как е реализирано обработка на сигнала след предусилвателя чрез а) аналогов усилвател +ADC или б) DSP; Как се преобразува сигнала от аналогов в цифров – а) отделен МСА за всяка камера или б) мултиплексор и общо ADC (да се уточни тип на ADC); Как се извършва управлението на параметрите на обработката на сигнала – високо напрежение, усилване, времеконстанти, параметри на ADC и други подобни – да се уточни кои от тях се управляват за няколко камери едновременно (съответно за колко) или не се управляват (фиксиран са за системата); Как се извършва управление на вакуума на камерите – а) индивидуално за всяка камера или б) на групи (съответно на какви групи); Управлението на вакуум помпата автоматично ли е (чрез софтуера) или не е; Доказателства, че в офертата е включена доставка на алфа спектрометричен софтуер.

На основание чл. 104, ал.5 от ЗОП са изпратени писма за разяснения за данни посочени в техническите оферти, както следва:

Изх. ЗИД-769/07.07.2017г. до „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс”, Латвия

Изх. ЗИД-772/07.07.2017г. до ”Тита Консулт” ООД, гр. София

На 18.07.2017г., в изпълнение на Заповед № АД-1908/22.06.2017г. се събра комисия в състав:

Председател: Николай Герчев – Ръководител сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
Членове: 1. Димитър Димитров – Главен експерт, Сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, Сектор „ИД”, У-ние „Инвестиции”
3. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт ,У-ние “Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените допълнителни разяснения, изискани от Участниците.

Комисията установи:

1. В указания срок – 17.07.2017г., 16:00ч., са получени изисканите допълнителни документи както следва:

Вх. № ОП-862/14.07.2017г., 15:06ч. - „Тита Консулт” ООД, София.

Вх. № ОП-873/17.07.2017г., 10:51ч. – „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс” ООД, Латвия

След разглеждане на представените допълнителни разяснения и Техническите предложения на тримата участници, комисията констатира:

✓ **Техническото предложение на „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София не отговаря** на предварително обявените условия на възложителя. Предложението на участника е за доставка на 2 броя алфа спектрометрична апаратура, което не отговаря на заложеното количество в техническото задание на Възложителя – 1 брой алфа спектрометрична апаратура.

✓ **Техническото предложение на „Тита Консулт” ООД, София отговаря напълно** на предварително обявените условия на възложителя

✓ **Техническото предложение на „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс” ООД, Латвия, не отговаря** на предварително обявените условия на възложителя. Техническото предложение на Участника не отговаря на заложените параметри в техническото задание: В т.1.1. - таблица с технически характеристики от Техническо задание № 2017.30.ОБ.00.ТЗ.1425, изискването на позиция 6 от таблицата с технически характеристики е „Пълен компютърен контрол на електрониката и вакуума”, предложението е за „Усилването се настройва ръчно”; изискването на позиция 7 от таблицата с технически характеристики е „Цифрова обработка на сигнала на детектора (DSP) - отделен МСА за всеки детектор, предложението е за „обработка на сигнала след предусилвателя е реализирана с аналогов усилвател + ADC”.

Комисията реши:

1. Не допуска участниците: **„Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София и „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс” ООД, Латвия**, до по-нататъшно участие в процедурата, а именно да не отваря ценовите им оферти с горепосочените мотиви.

2. Допуска участника **„Тита Консулт” ООД, София** до по - нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите им оферти, с мотива че предложената оферта отговаря напълно на предварително обявените условия на Възложителя.

3. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 25.07.2017 г. от 13:30 ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”, етаж 2, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 25.07.2017 г в изпълнение на Заповед № АД-1908/22.06.2017г. и Заповед № АД – 2304/25.07.2017г. за замяна на член от комисията се събра комисия в състав:

Председател: Николай Герчев	– Ръководител сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
Членове: 1. Камелия Драгиева	– Технолог, Сектор “Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2
2. Велко Каменов	– Гл. специалист “ИД”, Сектор „ИД”, У-ние „Инвестиции”
3. Тюляй Илиева	– Ст. юриконсулт ,У-ние “Правно”
4. Анелия Момчилова	– Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” и оповести ценовото предложение на допуснатия участник в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на алфа спектрометрична апаратура”**.

След представяне на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание новите членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. На 19.07.2017г. в профила на купувача “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения.

2. Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публично състезание критерий за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник и оповести ценовото му предложение:

✓ **„Тита Консулт” ООД, София**

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **78 000.00 лева без ДДС**.

Изискването на чл. 72, ал.1 от ЗОП в този случай е неприложимо, поради наличие само на една допусната оферта по обществената поръчка.

В съответствие с предварително обявения критерий за възлагане **“най-ниска цена”**, класирането е следното:

1-во място **„Тита Консулт” ООД, София - 78 000.00 лева без ДДС**

Обобщавайки гореизложеното, **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

2. Да определи за Изпълнител класирания на първо място участник и сключи договор с него.

3. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да **отстрани** участниците „**Канбера Пакард България**” ЕООД, гр. София и „**Балтик Сайънтикфик Инструмънтс**” ООД, Латвия
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП.

Фактическо основание:

✓ Участникът **Канбера Пакард България**” ЕООД, гр. София е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Предложението на участника е за доставка на 2 броя алфа спектрометрична апаратура, което не отговаря на заложеното количество в техническото задание на Възложителя – 1 брой алфа спектрометрична апаратура.

✓ Участникът **„Балтик Сайънтикфик Инструмънтс” ООД, Латвия** е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Техническото предложение на Участника **не отговаря** на заложените параметри в техническото задание: В т.1.1. - таблица с технически характеристики от Техническо задание № 2017.30.ОБ.00.ТЗ.1425, изискването на позиция 6 от таблицата с технически характеристики е „Пълен компютърен контрол на електрониката и вакуума”, предложението е за „Усилването се настройва ръчно”; изискването на позиция 7 от таблицата с технически характеристики е „Цифрова обработка на сигнала на детектора (DSP) - отделен МСА за всеки детектор, предложението е за „обработка на сигнала след предусилвателя е реализирана с аналогов усилвател + ADC”.

Прогнозна стойност по Доклад № И-272/28.02.2017г. за стартиране на процедурата е **150 000.00 лв. без ДДС.**

Ценовата оферта на предложения за класиране на първо място участник е в размер на **78 000.00 лева без ДДС.**

Настоящият протокол се състави на 27.07.2017г. Във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.





Приложения:

1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП;
2. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП;

Председател: .....

/ Николай Герчев /

Членове:

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

/ Камелия Драгиева /

/ Велко Каменов /

/ Тюляй Илиева /

/ Анелия Момчилова /



ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За получените оферти за участие в публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на алфа спектрометрична апаратура”

1. Вх. № ОП-731/20.06.2017г./10:43ч. на „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София
2. Вх. № ОП-740/20.06.2017г./15:14ч. на „Тита Консулт” ООД, гр. София
3. Вх. № ОП-741/20.06.2017г./15:21ч. на „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс”, София

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 20.06.2017 г.

Отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.06.2017 г.

Предаващо лице,
Експерт “ОП”:.....
/Анелия Момчилова/

Председател на комисията,
Р-л сектор “Радиохимия”, ЕП-2:.....
/Николай Герчев/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Доставка на алфа спектрометрична апаратура”**

На 22.06.2017 г. в изпълнение на Заповед № АД-1908/22.06.2017г. се събра комисия в състав:

Председател: Николай Герчев – Р-л сектор „Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2

Членове: 1. Димитър Димитров – Гл. експерт „Радиохимия”, Н-ние „ИО”, ЕП2

2. Юлиян Тошев – Експерт „ИД”, Управление „Инвестиции”

3. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт „У-ние “Правно”

4. Анелия Момчилова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на алфа спектрометрична апаратура”**.

Комисията разгледа документите на участниците по реда на постъпване на техните оферти в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

1. Вх. № ОП-731/20.06.2017г./10:43ч. на „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

- В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор”, Участникът „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София е посочил лицата управляващи дружеството, същите са подписали ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, едноличен собственик на капитала е Канбера Пакард – Централна Европа ГМБХ - Австрия. Представеният от Участника ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица (едноличния собственик на капитала) по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител.

2. Вх. № ОП-740/20.06.2017г./15:14ч. на „Тита Консулт” ООД, гр. София

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител.

3. Вх. № ОП-741/20.06.2017г./15:21ч. на „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс”, Латвия

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

В Част II „Информация за икономическия оператор”, раздел Б: “Информация за представителите на икономическия оператор”, Участникът е посочил лице – Борис Каракушев, действащо в качеството си на пълномощник. ЕЕДОП е подписан от Владимир Гостило, не става ясно дали същия е задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП. Поради невъзможността да се направи справка кои са задължените лица, които следва да подпишат ЕЕДОП, следва да бъде представен списък за „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс”, Латвия и ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички лица, посочени в списъка. Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител „Туви енд Ко” ЕООД, който ще отговаря за обученията, превода на документация и логистичната подкрепа, с дял 20 / от обществената поръчка.

Участникът е представил ЕЕДОП и за декларирания подизпълнител - „Туви енд Ко” ЕООД без забележки.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят
За „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София

1.1. На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - **Списък на всички задължени лица** по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП.

1.2. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП подписан от лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП, **посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП**, а именно – управляващи и представляващи дружеството „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София и задължените лица от списъка на едноличния собственик на капитала Канбера Пакард – Централна Европа ГМБХ – Австрия.

2. За „Тита Консулт” ООД, гр. София

Не следва да представят документи и/или информация.

3. За „Балтик Сайънтикфик Инструмънтс”, Латвия

3.1. На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП – **Списък на всички задължени лица** по смисъла на чл. чл.54, ал.2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП.

3.2. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП подписан от лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП, **посочени в списъка по чл. 44, ал. 1от ППЗОП**, а именно – управляващи и представляващи дружеството **Балтик Сайънтикфик Инструмънтс”, Латвия.**

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: “Доставка на алфа спектрометрична апаратура”.

Председател: .....

/Николай Герчев/

Членове:

1. .....
/Димитър Димитров/

2. .....
/Юлиян Тошев/

3. .....
/Тюляй Илиева/

4. .....
/Анелия Момчилова/