



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на лабораторна апаратура”  
рег. № в АОП 00353-2017-0110

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-4415 / 31.07.2017 г. от заинтересовано лице, Ви предоставяме следната информация:

## ВЪПРОС:

В приложената техническа спецификация към документацията (част 2) за обособена позиция № 10 "Лабораторни нагревателни плочи" на стр. 90, в т. 2.3 за температура е посочено "до поне 500 градуса". Малко по-нататък, на стр. 92, в табличния вид на същата спецификация температурният обхват е вече "50-550 градуса".

Моля да уточните това техническа грешка ли е и ще приемете ли нагревателни плочи с температурен обхват до 500 градуса.

## ОТГОВОРИ:

Да, допусната е техническа грешка на стр. 92 от табличния вид на спецификацията. Температурният обхват е „50 - 500 градуса”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

