



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на лабораторна апаратура”

рег. № в АОП 00353-2017-0110

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с Вх.№ Ф-4451/01.08.2017 г. от заинтересовано лице, Ви предоставяме следната информация:

### ВЪПРОС:

В техническа спецификация към обособена позиция № 8 "Техническа спецификация (табличен вид) № 2017.30.ХК.00.ТСП.1627" за доставка на газов хроматограф за определяне на концентрация на  $H_2$  /водород/ от 0 – 100%;  $O_2$  /кислород/ от 0-20%, в техническите изисквания на „Колонна пещ“ е поставено изискване за „скорост на нагряване 125°C/min“. Поставеното изискване се явява ограничаващо за предлаганото от нас оборудване, което напълно отговаря на всички останали параметри и е предвидено да извършва анализа от интерес. При определяне на  $H_2$  /водород/,  $N_2$  /азот/ и  $O_2$  /кислород/ дори не е нужна промяна в температурата на нагряване, т.е. изисквания параметър е излишен. Моля да ни информирате бихте ли приели предложение за участие с параметър „скорост на нагряване 120°C/min“ или да нанесете нужните корекции на ограничителните параметри в техническата спецификация.

Моля да уточните това техническа грешка ли е и ще приемете ли нагревателни плочи с температурен обхват до 500 градуса.

### ОТГОВОРИ:

Текстът в спецификацията "скорост на нагряване 125°C/min" да се чете "скорост на нагряване до 125°C/min".

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

