



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

## ЗАПОВЕД

№ АД-199

гр. Козлодуй, 23 / 01 2018г.

На основание чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Протокол на комисия по Заповед № АД-2749/04.09.2017 г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-141/25.07.2017 г. за откриване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на лабораторна апаратура”**, обявление № ЗОП-О-267/25.07.2017 г., регистрационен номер в АОП № 00353-2017-0110, с прогнозна стойност 302 000.00 лв. без ДДС и в изпълнение на Решение № 1.2.1.3. от Протокол № 1/10.01.2018 г. на Съвета на Директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

**1. Обявявам класирането на участниците по Обособена позиция № 3 – UV-VIS спектрофотометър, както следва:**

**Първо място:**

**„Мерк България” ЕАД, гр. София**

**2. Отстранявам участниците с офертите им по обособената позиция със съответните мотиви, както следва:**

**2.1. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД, гр. София**

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП.

**Фактическо основание:**

Техническото предложение на Участника **не отговаря** на Техническата спецификация на Възложителя, съгласно т.1.1.2 /табличен вид/: Не се предлага кювета от 100мм., липсва меню на бълг. език и програмирани методи за работа с готови тестове, съвместими с апарата. В офертата липсва доставка на исканите размери кювети и тестове.

**2.2. „Данс Фарма” ЕООД, гр. София**

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП.

**Фактическо основание:** Техническото предложение на Участника **не отговаря** на Техническата спецификация на Възложителя съгласно т.1.1.2 /табличен вид/. Не отговаря на зададената по техн. спецификация ширина на спектралната ивица. По техн. спецификация исканата ширина на спектралната ивица е 1.8 нм, а предложението на фирмата е за 4нм., липсва меню на български език.

**2.3. „Енергосервиз” АД, гр. София**

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП.

**Фактическо основание:**

Техническото предложение на Участника **не отговаря** на Техническата спецификация на Възложителя, съгласно т.1.1.2 /табличен вид/: Не отговаря на заданията по техн. спецификация светлинен източник, както и по ширина на спектралната ивица - исканият светлинен източник е ксенонова лампа. Предложението е за деутериева и халогенна лампа. Предлагат ширина на спектралната ивица 2 нм, исканата е 1.8 нм.

3. **Определям** класирания на първо място участник, обособената позиция, за Изпълнител на обществената поръчка, както следва:

3.1. **Обособена позиция № 3 – UV-VIS спектрофотометър**

**„Мерк България” ЕАД, гр. София, с мотива:**

- Офертата на Участника отговаря на предварително обявените условия на поръчката и предложената цена е най-ниска, съгласно избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”.

4. **Наименования и адреси на участниците:**

**„Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД, гр. София**

Телефон: 02/943 30 71

Email: office@sgpbiodynamics.com

Лице за контакти: Валентин Николов – Управител

**„Данс Фарма” ЕООД, гр. София**

Телефон: 02/936 7792

Email: info@danspharma.com

Лице за контакти: Даниела Спасова – Управител

**„ЕнергоСервиз” АД, гр. София**

Телефон: 02/871 0096

Email: office@energoservice.bg

Лице за контакти: Георги Манчев – Управител

**“Мерк България” ЕАД, гр. София**

Телефон: 02/446 1176

Email: merck@merck.bg

Лице за контакти: Анна Цонева – Управител

На основание чл.181, ал. 8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача [http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&id=3429](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3429)

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ**

