

## РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**“Доставка на измервателни инструменти”**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос с Вх. № АЕЦ Ф-2093/30.03.2018 г. по обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### **ВЪПРОС:**

Във връзка с публикувана обява и посочените технически изисквания към Обособена позиция №6 – „Твърдомер”, моля потвърдете възможността да бъде предложена стационарна машина, тъй като всички посочени параметри са изпълними само при твърдомери, както на Mitutoyo – Япония, така и на други производители.

### **ОТГОВОР:**

Предметът на обществената поръчка има за цел, да достави един брой портативен твърдомер. Видно от заданието става ясно: “...при провеждане на експресен контрол на място”, както и “...Това е от особено значение при провеждането на контрола на елементите на оборудването, намиращо се в контролируема зона.” За целите на контрола на твърдост е необходим “преносим портативен твърдомер, отговарящ на изискванията посочени в Техническото задание”.

От цитираните текстове в Техническото задание, става ясно, че твърдомерът трябва да е преносим.

**ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ**

