

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на медицинска апаратура”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В Документацията на обществената поръчка, в Техническа спецификация на Обособена позиция № 1 – „Доставка на ултразвуков апарат”, фигурира изискването за окомплектоване със сонди – абдоминална С-8-2 и вагинална С4-9. Ще допусне ли Възложителят до оценка оферти, включващи в окомплектовката трансдюсери, носещи различно название на моделите от посочените в Техническата спецификация, при условие, че са с минимални честотни диапазони съответно 8-2 MHz за абдоминалния трансдюсер и 4-9 MHz за вагиналния трансдюсер?

ОТГОВОР: Ще се приемат трансдюсери с различно название на моделите, но с еднакъв честотен диапазон.

заличен на
основание чл. 2 от ЗЗЛД
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | 58.16
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

