



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на технически газове и еталонни газови смеси”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по обществена поръчка с предмет „Доставка на технически газове и еталонни газови смеси”, публикувана в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: [www.kznpp.org](http://www.kznpp.org) / **Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 40532 :**

### **1. Въпрос:**

1.1. Съгласно т. 3.2 от техническата спецификация на всяка бутилка е необходимо с трайна маркировка да има отбелязана пълначна станция/пункт, в който е извършено пълненето. Тази част от изискванията са не приложими?

### **2. Отговор :**

2.1. Тази информация може да бъде отразена в документа който съпровожда доставката - Протокол/Декларация съгласно т.4 от ТС .

### **3. Въпрос:**

3.1. В техническата спецификация по следните обособени позиции :

- ОПІ – Хелий - при налягане 200 Bar, съдържанието на газ е 9,2 м3, а не 9,1 м3;
- ОПІV – Водород - при налягане 200 Bar, съдържанието на газ е 8,9 м3, а не 10 м3;
- ОПІVІ – Азот - при налягане 200 Bar, съдържанието на газ е 9,5 м3, а не 10 м3.

Бихте ли уточнили?

### **4. Отговор :**

2.1. Информация за наименование, технически характеристики и мерни единици са посочени в техническата спецификация.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 /7 21 02, или електронен адрес: [cyotova@npp.bg](mailto:cyotova@npp.bg).