



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Пазарна Консултация №41694 за „Доставка на лабораторна апаратура”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със зададен въпрос по горесцитираната пазарна консултация, „АЕЦ Козлодуй” дава следното разяснение:

Въпрос:

Ще приемете ли индикативно предложение за апарат, чийто детектор на оптичната система е Complementary e Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) с Peltier охлаждане?

.

Отговор:

Да бихме приели индикативно предложение за апарат, чийто детектор на оптичната система е (CMOS) с Peltier охлаждане.

Останалите условия са посочени в поканата, публикувана в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес:
www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации/41694

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, Ем. Митева на тел. 0973 / 7 3483, или електронен адрес egmiteva@npp.bg