



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на еталонно оборудване”
рег. № в АОП 00353-2016-0157

Относно: Разяснение по документацията за участие в процедура

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-6917/05.12.2016 г. и от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка на еталонно оборудване”, относно Обособена позиция №2 - “Доставка на ротаметър за измерване разход на газови флуиди”, моля да уточните техническата спецификация относно обхвата на измерване като посочите дали обхватът е зададен в нормирани или в работни кубически метри в час и ако е в работни мерни единици моля посочете работно налягане и температура, ако е в нормирани кубически метри моля посочете стандарт – DIN, ISO или ASME/ANSI по който са зададени !

ОТГОВОР: Обхватът на измерване е за работни кубически метри в час от 1 до 8 куб.метри в час при температура $T_{max}=50$ оС и максимално работно налягане $P_{max}=10$ bar.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН АНДРЕЕВ