



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 40826

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за:

„Доставка на електронен модул за анализатор на хидразин HYDROLYT LP100”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на модула;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- ако участникът не е производител на модула - документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на стоката/;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Въпроси във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 25.03.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 29.03.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведената пазарна консултация ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарната консултация се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена като резултат от пазарната консултация ще бъде публично достъпна в интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведена пазарна консултация, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев– Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение №1
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дейност“

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Катя Русалийска



**Техническа спецификация на
електронен модул за анализатор на хидразин HYDROLYT LP100**

№	Наименование	Технически характеристики	К-во
1	<p>Електронен модул - стационарно изпълнение</p> <p>HYDROLYT LP100</p>	<p>- Вградено програмно обезпечение, специално разработено за управление на анализатора, преглед и съхранение на измерените данни, както и за промяна на параметрите за измерване на прибора;</p> <p>- Калибриране - вградено, операция задействана от един бутон;</p> <p>- Измервателен обхват - $0,0 \div 1000,0 \mu\text{g/l}$;</p> <p>- Аналогов изход - $0(4) \div 20 \text{ mA}$; товар 500Ω;</p> <p>- Дигитален изход - Сериен интерфейс RS 232;</p> <p>- Алармени сигнали - Дебит и калибриране;</p> <p>- Захранващо напрежение - $100 \div 240 \text{ VAC}$, 50/60 Hz. Консумирана мощност: 10 VA.</p> <p>Производител - „INGENIEURBURO U. GRONOWSKI” - Германия.</p>	1 бр.

Индикативно предложение по пазарна консултация № 40826
с предмет: „Доставка на електронен модул за анализатор на хидразин HYDROLYT LP100”

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Електронен модул за анализатор на хидразин HYDROLYT LP100	бр.	1		
Обща стойност без ДДС					

Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Производител
Съпроводителна документация при доставка
Документ за представителство

Подпис, печат