

Пазарна консултация №45452 с предмет „Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване в "АЕЦ Козлодуй"ЕАД”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване в "АЕЦ Козлодуй"ЕАД”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложените по-долу технически изисквания;

- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16.09.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения е 21.09.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Емилия Митева – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 34 83, e-mail: EGMiteva@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1		Точков еталонен радиоактивен източник	Източник радиоактивен точков гама еталонен, нуклид Cs-137; пластмасов диск с диаметър 25 mm и дебелина 3 mm; Активност $\sim 4.0 \cdot 10^4$ Вq с толеранс $+35/-5$ % и неопределеност 3 %	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международнопризнат еталон. Class 2 в съответствие с ISO 8769	Срок на валидност на сертификата – не по-малко от 5 г.
2		Точков еталонен радиоактивен източник, спектрометричен	Източник еталонен, точков, спектрометричен, Co-57, активност $\sim 5 \cdot 10^5$ Вq и неопределеност 5 %	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международнопризнат еталон. Class 2 в съответствие с ISO 8769	Срок на валидност на сертификата – не по-малко от 5 г.

Заличено на основани е 33ЛД

Проверка,
3-я Н-к орг. 7-01
03.08.20

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 45452
с предмет "Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване в "АЕЦ Козлодуй"ЕАД":

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	М.ед.	Ед.цена без ДДС	Обща ст-ст
1						
2						

Срок на доставка
Условие на доставка
Срок на годност
Производител
Съпроводителна документация при доставка