



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:

“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

публикувана в порталта за обществени поръчки на АОП с рег. № 9053194/14.05.2016г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх.№ Ф-3409/19.05.2016 г. с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: Относно **обособена позиция №3- Лабораторни принадлежности, подпозиция 4-Ставив.**

Моля да уточните размера на отворите на „Ставив за центрофужни епруветки от 100 мл.; 20 отвора, материал ABS”, поради факта, че на пазара се предлагат различни по диаметър центрофужни епруветки от 100 мл.

Бихте ли приели ставив от друг материал, например от РР?

ОТГОВОР № 1: Диаметърът на центрофужните епруветки от 100 мл. е 30 мм. Материалът е АБС, както е посочено в Техническата спецификация.

ВЪПРОС № 2: Относно **обособена позиция №3- Лабораторни принадлежности, подпозиция 24-Дозатор.**

Ще приемете ли дозатор, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с вариращ обем от 0,25 или 0,3 до 2,5 мл. вместо исканите 0,2 до 2,5 мл.?

ОТГОВОР № 2: Придържайте се към Техническата спецификация.