



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави разяснения по обществена поръчка стартирана по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории”, както следва:

### **Въпрос 1:**

1. Обособена позиция № 2. Лабораторни принадлежности - Позиция № 9. ИД 133380, Връхчета за автоматична пипета, обем 200-1200  $\mu$ l, 1000 бр/оп. - 1 бр.

Ще приемете ли следното предложение: Връхчета за автоматична пипета, обем 200-1000  $\mu$ l, 1000 бр/оп. - 1 бр.

**Отговор:** Ще приемем връхчета за автоматична пипета, обем 200-1000  $\mu$ l, 1000 бр/оп. – 1бр.

### **Въпрос 2:**

1. Обособена позиция № 2. Лабораторни принадлежности - Позиция № 3. ИД 133276, Статив за бюрета; правоъгълна основа РР, с отвор за закрепване на пръчката в края; диаметър 14-18мм; максимална височина до 600мм - 4 бр.

При справка в каталози на фирми производители за пластмасови и метални изделия, установихме, че при статив с пластмасова основа, пръчката е с максимална височина 250 мм/Ø12 мм. Пръчка с височина 600 мм/Ø13 мм се закрепя за статив с метална основа

Бихте ли пояснили, коя от характеристиките е важна за Вас - материала на основата или височината на пръчката.

**Отговор:** Важна е височината на пръчката. Така, че приемаме статив с метална основа и височина на пръчката 600мм/ Ø13.

### **Въпрос 3:**

1. Обособена позиция № 2. Лабораторни принадлежности - Позиция № 22. ИД 74496, Маркуч силиконов ф8 x 11мм; - 5 м.

Ще приемете ли следното предложение:

Маркуч силиконов ф8 x 12 мм; - 5 м.

**Отговор:** Да. Ще приемем маркуч силиконов ф8 x 12 мм; - 5 м.

**Въпрос 4:**

1. Обособена позиция № 2. Лабораторни принадлежности - Позиция № 22. ИД 95123, Маркуч силиконов; ф8 x 14мм; висока еластичност - 5 м.

Вариантите за силиконов маркуч с посочените размери по стандарт са следните:

Маркуч силиконов ф8 x 12 мм; - 5 м.

Маркуч силиконов ф10 x 14 мм; - 5 м.

Моля, да посочи кой от двата варианта ще приеме.

**Отговор:** Приемаме позицията - Маркуч силиконов ф10 x 14 мм; - 5 м.

Останалите условията, посочени в обявлението, остават непроменени. Обявлението е публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: <https://kznpp.org/bg/konkursi/5503>.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 3483, или електронен адрес [egmiteva@npp.bg](mailto:egmiteva@npp.bg).