

From: Богоева, Юлия К.
Sent: Tuesday, August 31, 2021 8:26 AM
To: Димитрова, Мануела К.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Пазарна консултация № 47484

Ф-4759 / 31.08.2021г

From: SPARTAK-V Ltd. [<mailto:office@spartak-v.bg>]
Sent: Monday, August 30, 2021 4:52 PM
To: commercial
Сс: Димитрова, Мануела К.
Subject: Пазарна консултация № 47484

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Пазарна консултация № 47484 с предмет *"Доставка на резервни части - комплекти индустриална 4-точкова система за измерване на разход през ВТ1, ВТ2 на 5-ти и 6-ти ЕБ и ВТ3 на СК-3 за система за измерване на газоаерозолни изхвърляния (СИАИ) от вентилационните тръби на 5-ти, 6-ти блок и СК-3"*, по искане на производителя на съществуващите уреди за измерване на разход тип МТ86 в състава на СИАИ, моля да ни бъдат предоставени техните серийни номера и дължината на свързващия кабел между сондата и трансмитера. Въпросите са зададени във връзка с поставеното изискване за представяне на Декларация за съответствие и съвместимост с намиращата се в експлоатация в АЕЦ "Козлодуй" СИАИ.

С уважение,
к.т.н. инж. Владимир Вушев
Управител

From: Ликуриев, Бойко Ц.
Sent: Thursday, September 2, 2021 8:17 AM
To: Димитрова, Мануела К.
Subject: RE: Пазарна консултация № 47484 / По доклад ЕП2-1035/10,08,2021 г.

Отговор

Кабелите (захранващ и комуникационен) на съществуващите системи за измерване на разход, тип МТ86 на ВТ1, ВТ2 и ВТ3, са с приблизителни дължини 110m, за ВТ1,2 и 170m за ВТ3, положени през 2004÷2005г. по проект на Westinghouse.

На този етап не бихме могли да ви представим серийните номера на посочените системи за измерване на разход.

С пазарната консултация се цели да бъде определена прогнозната цена на поръчката. Декларациите за съответствие и съвместимост на новия тип системи за измерване на разход не са обект на пазарната консултация.