



## “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

### Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:  
“Доставка на оборудване за техническа  
диагностика”

ОТ: Г. КИРКОВ  
ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

НАШ № 5601-70

ДАТА: 15.12.09

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО) · 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

#### **ВЪПРОС:**

“В т.2.1.1. Технически изисквания към анализатора: Динамичен диапазон – 130dB. Съотношението на какви сигнали (ниско и високо ниво) се разбира в това изискване?”

#### **ОТГОВОР:**

“Разликата между най-високото и най-ниското логаритмично ниво на вибрации, което се измерва в едно и също време в dB.”

ДИРЕКТОР  
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ГЕОРГИ КИРКОВ

