



ВХ-Е-1533/ 30.03.2022 15:49
Миком България ООД
София 1839
Бул. Ботевградско шосе №260
(Сградата на ЮНГ ООД)
Тел: 02/840-74-74
Факс: 02/945-05-05
info@micom.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с отправена покана за провеждане на пазарна консултация № 48540, съгласно чл. 44 от ЗОП, Ви представяме нашето предложение за „Доставка на многофункционален калибратор на електрически величини”, както следва:

Индикативно предложение: Многофункционален калибратор на електрически величини, съвместим с актуална версия на софтуер METCAL за управление на автоматизирани процедури (калибриране/проверка) и следните метрологични характеристики:

Описание	Обхват	Най-добра неопределеност
Производител: FLUKE Наименование: 5522A Комуникационни интерфейси: IEEE-488 (GPIB), RS-232; Габаритни размери в сантиметри: 19x45x49; Тегло: 25кг.; Стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост: EN 61010-1 и EN 61326-1; Ежегодно калибриране от акредитирана лаборатория: БДС EN ISO/IEC 17025:2018; Внедрена система за качество в производството: БДС EN ISO 9001:2015; Оторизационен документ от производителя: Да;	1000 V DC	≤ 12 ppm
	1000 V AC (10 Hz÷500 kHz)	≤ 150 ppm
	20 A DC	≤ 100 ppm
	20 A AC (10 Hz÷30 kHz)	≤ 0,1 %
	1 GΩ	≤ 30 ppm
	100 mF	≤ 0,3 %

Количество: 1бр.

Единична цена: 112 000,00 лева без ДДС, валута;

Обща стойност: 112 000,00 лева без ДДС, валута;

Гаранционен срок, срок на годност и условия на доставка:

Многофункционалният калибратор ще бъде новопроизведен във времеви интервал от 12 месеца преди датата на сключване на договора.

MICOM

ВХ-Е-1533/ 30.03.2022 15:49
Миком България ООД
София 1839
Бул. Ботевградско шосе №260
(Сградата на ЮНГ ООД)
Тел: 02/840-74-74
Факс: 02/945-05-05
info@micom.bg

Гаранционен срок: 24 месеца от въвеждане в експлоатация;
Жизнен цикъл: не по-малко от 10 години;
Срок за доставка: 20-24 седмици.

Доставката ще бъде съпроводена със следните документи предоставени на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език, един екземпляр на български и на CD:

1. Инструкции за експлоатация и техническо обслужване
2. Свидетелство за калибриране на акредитирана лаборатория с валиден сертификат за акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018
3. Гаранционна карта
4. Оригинална фактура
5. Декларации/сертификати за произход
6. Декларации/сертификати за съответствие

Многофункционалният калибратор ще бъде с нанесена „СЕ“ маркировка и придружен от документ деклариращ възможностите и/или наличието на персонал с подходяща квалификация за изпълнението на гаранционната поддръжка.

Точен адрес и лице за контакт:

Иван Киров – управител на „Миком България“ ООД
адрес: гр. София 1839, район р-н Кремиковци, ж.к. Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“ № 260
тел. 0885 52 56 04, e-mail: ivan.kirov@micom.bg, интернет адрес: micom.bg

30.03.2022г.
гр. София

С уважение: ..

MICOM
Заличено на основание
ЗЗЛД

(Иван Киров – управител на „Миком България“ ООД)

Приложения:

1. Оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока
2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015

CERTIFICATE

FLUKE®

Norwich
18 January 2022

To whom it may concern

This is to certify that:

FLUKE EUROPE B.V.
P.O. BOX 1186
5602 BD EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

**MICOM Bulgaria Ltd.,
260, Botevgradsko shoes Blvd.,
BG-1839
Sofia
Bulgaria**

Is the authorised distributor in the territory of Bulgaria and is responsible for the sales of the following Fluke Calibration products:

- Electrical calibration [ECAL]
- Temperature calibration [TCAL]
- Pressure calibration [PCAL]
- Flow Calibration [FLCAL]
- Software calibration [SWCAL]

A full listing of the above product groups can be found on the Fluke website or in published product literature which is freely available.

Products delivered through MICOM Bulgaria are fully supported and warranted by Fluke.

This certificate is valid through to 31st December 2022

Yours sincerely,

Заличено на
основание 33ЛД

Gavin McQuillan
Sales Director - EMEA
Fluke Calibration
Phone +44 1603 256600
E-mail: gavin.mcquillan@fluke.com

FLUKE EUROPE B.V.
P.O. BOX 1186
5602 BD EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

Fluke Precision Measurement Ltd.

52 Hurricane Way, Norwich, Norfolk, NR6 6JB, United Kingdom, Tel: +44 (0)1603 256600, Fax: +44 (0)1603 483670, Web: www.fluke.co.uk
Registered in England No. 1410123



global assurance

This is to certify that the Quality Management System of:

Fluke Corporation - Corporate

6920 Seaway Boulevard
Everett WA 98203
United States of America

(Central function listed above. See appendix for additional locations)

applicable to:

Design, manufacture, distribution, calibration and service of test and measurement equipment, software, precision optics, optical assemblies, and related products. Including products sold under the following brands: Fluke, Fluke Calibration, Fluke Networks, Tektronix, Pomona, Amprobe, Raytek, Visual Networks, Air Magnet, Janos Technology, Ircon, Datapaq, Lumitron, Comark, Transmaton, Alltek and Pacific Laser Systems (PLS)

has been assessed and approved by
National Quality Assurance, U.S.A., against the provisions of:

ISO 9001:2015

Залічено на основаніі 33ЛД

Certificate Number: 10100
EAC Code: 19, 34
Certified Since: April 23, 1996
Valid Until: September 2, 2023
Reissued: September 3, 2020
Cycle Issued: September 3, 2020

For and on behalf of NQA, USA

