

Блок: АЕЦ Козлодуй

Система:

Подразделение: АЕЦ

УТВЪРЖДАВАМ,

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ

"АДМИНИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ", СТЕФКА

ПЕТРОВА 26.05.2022 г.

заличено на
основание ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 21.АЕЦ.ТЗ.228/03

За доставка

ТЕМА: Доставка на медицинско оборудване за лекарски кабинет в нов ЦУА.

1. Описание на доставката

Във връзка с предстоящото въвеждане в оперативна експлоатация на сграда нов център за управление на аварииите (НЦУА) в гр. Козлодуй, е необходимо да бъде оборудван лекарски кабинет за оказване на първа долекарска помощ на персонал от аварийните екипи на АЕЦ "Козлодуй".

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За обезпечаване нуждите на лекарския екип за оказване първа долекарска помощ на пострадал персонал от аварийните екипи на АЕЦ "Козлодуй", е необходимо лекарския кабинет в Новия център за управление на аварииите да бъде осигурен със следното медицинско оборудване, а именно 1 бр. – ЕКГ монитор, 2 бр. – медицинска кушетка, 1 бр. – медицински лекарствен шкаф, 2 бр. – стойка за инфузии, 1 бр. – дефибрилатор и 1 бр. болничен параван.

Спецификацията на изброеното медицинско оборудване е дадено в Приложение №1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Няма отношение.

1.3. Изискване към Изпълнителя

Изпълнителят да притежава валидно разрешение за търговия с медицински изделия.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно изискванията включени в Приложение №1.

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно изискванията включени в Приложение №1.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма отношение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативно-техническите документи на завода производител.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Изискванията за гаранционен срок, са съгласно изискванията на Приложение №1.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Заявеното оборудване трябва да бъде доставено в складовете на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в оригиналната опаковка на производителя.

Доставеното оборудване да бъде опаковано по начин - гарантиращ безопасно транспортиране и товаро-разтоварни дейности.

Доставката да се извърши в срок до 60 календарни дни от датата на сключване на договора.

3.2. Условия за съхранение

Изпълнителят да посочи условията за съхранение..

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

Доставката на медицинското оборудване да бъде съпроводена със следните документи:

Декларация за произход;

Декларация за съответствие;

Гаранционна карта, където е приложимо;

Инструкция за експлоатация, където е приложимо.

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СиСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

Няма отношение.

4.4. Доставка на опасни химикали

Няма отношение.

5. Входящ контрол

Доставеното оборудване, трябва да премине общ входящ контрол на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно изискванията на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идентификационен № 10.УД.00.ИК.112.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Техническа спецификация (табличен вид)

РЪКОВОДИТЕЛ СЛУЖБА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА",
РОСЕН БЕЛЧЕВ

заличено на основание ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№.....

за Доставка на медицинско оборудване за лекарски кабинет в нов ЦУА

№	ИД по Infog	Наименование	Технически характеристики	М.ед.	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	134999	ЕКГ монитор	- 12 канално ЕКГ - Вграден термален принтер с минимална ширина 112 мм - Възможност за разпечатване на 12 канално ЕКГ както по дължина така и по ширина на термо хартията. - Цветен LCD дисплей с едновременно показване на 12 отвеждания със сензорно управление - Наличие на минимум следните скорости 5, 10, 25 и 50 мм/сек - Наличие на минимум следните амплитуди: 0.25, 0.5, 1 и 2 см/mV - Наличие на връзка и софтуер за работа с компютър - Възможност за телемедицинско преглеждане на изследването	Бр.	1		Гаранционен срок – минимум 24 месеца
2.	135000	Кушетка	Външни размери- не по-големи от 690x2190 мм Да разполага с 4 завиващи колела с диаметър мин. 200мм Да разполага с тристепенна система за заклопване от страната на краката на пациента. Системата да позволява движение на 360 градуса, заклопване въртенето на предните колела за движение само в една посока, както и пълно заключване на колелата Да разполага с двусекционна лежаща част, изработена от	Бр.	2		Гаранционен срок – минимум 24 месеца

№	ИД по Infob	Наименование	Технически характеристики	М.ед.	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
3.	135004	Медицински лекарствен шкаф	рентгенопрозрачен материал. Да има възможност за хидравлично повдигане в диапазон мин. 620-940 мм Да има възможност позиция Тренделенбург и Обратен Тренделенбург до мин. 18 градуса Да разполага с двусекционен матрак с дебелина мин. 8 см и плътност поне 35 кг/м³ Да разполага с подвижни странични прегради Да разполага с протектори в четирите ъгъла Размери (ВхШхД): 1800-1900/850-950/400-450мм Метална конструкция прахово боядисана позволяваща почистване с агресивни препарати Долна част с две врати с възможност за заключване Горна част с две врати/стъкло/ с възможност за заключване Две чекмеджета между двете части Цветовете: RAL7037, RAL9016	Бр.	1		Гаранционен срок – минимум 24 месеца
4.	135005	Стойка за инфузии	Стоманена хромирана конструкция, на колела, с регулируема височина 1600-2000 мм, с 4 куки за закачване на банки	Бр.	2		
5.	135006	Дефибрилатор	- Бифазна форма на импулса - Диапазон на енергията 1-360 J - Максимално време за зареждане до 200 J – 2.7 секунди и до 360 J – 4.5 секунди - Наличие на минимум следните режими на работа: Полуавтоматичен (AED), ръчен и синхронизиран. - Графичен дисплей с минимален размер на диагонала – 7 инча - Наличие на кабел с 10 отвеждания за снемане на 12 канално ЕКГ - Възможност за визуализация на 12-канала ЕКГ плюс едно отвеждане ритъм едновременно на дисплея	Бр.	1		Гаранционен срок – минимум 24 месеца

№	ИД по Info	Наименование	Технически характеристики	м.ед.	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
			- Наличие на ръкохватки за многократна употреба с вградени бутони за контрол на зареждането и разреждането. - Наличие на кабел за еднократни електроди за дефибрилация - Наличие на термопринтер с минимална широчина 58 мм - Възпроизвеждане на гласови съобщения - Наличие на вграден модул външен кардиостимулатор - Наличие на режими за външна кардиостимулация: ON DEMAND и FIXED - Минимален диапазон на тока за кардиостимулация: от 0 до 200 mA - Минимален диапазон на честотата на кардиостимулация от 30 до 200 Hz - Възможност за кардиостимулация чрез ръкохватките и еднократните електроди - Наличие на вътрешна памет с възможност за експорт на данните през USB порт и преглеждането им чрез телеметричен софтуер				
6.	137957	Болничен параван	Параван, болничен, съгваем от три части. Размери (ВхШ) 240 х 170 см. Конструкцията изработена от прахово боядисан метал на колелца от двете страни и платнена част. С възможност за сваляне на плата за почистване. Цвят бял	Бр.	1		