

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на йонен анализатор за определяне на натрий

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1		Йонен анализатор за определяне на концентрацията на натрий от технологичните потоци на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.	<p>1. Предназначение: Определяне концентрацията на натрий в течни проби от технологичните потоци на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и проби с неизвестен състав.</p> <p>2. Конфигурация:</p> <p>2.1. Настоящ йонен анализатор за потенциометрично определяне на натрий с йонселективен и сравнителен електрод.</p> <p>2.2. Дисплей: LCD матрица 192*64.</p> <p>2.3. Минимална разделителна способност: 0.01 µg/l.</p> <p>2.4. Обхват на измерване: 0.23 µg/l ~ 2300mg/l Na.</p> <p>2.5. Време за реакция: 2min при 25°C.</p> <p>2.6. Температурен диапазон: 0.0~99.9°C.</p> <p>2.7. Температурна точност: ±0.5°C.</p> <p>2.8. Температурна разделителна способност: 0.1°C.</p> <p>2.9. Температурна компенсация: 0.1~60.0°C (автоматична или ръчна).</p> <p>2.10. Температура на пробата: 5~60°C.</p> <p>2.11. Електрическо захранване: 220V;50Hz.</p>	бр	1		<p>Апаратът да е нов, неупотребяван, произведен не по-рано от 2021 година.</p> <p>Да има жизнен цикъл не по-малко от 10 години от дата на доставка.</p> <p>Гаранционният срок да бъде не по-малко от 3 години след инсталация и доказване на функционалните характеристики.</p> <p>Изпълнителят да е оторизиран представител на производителя за доставка и извършване на сервисна дейност.</p> <p>Изпълнителят да извършва инсталациите и доказване на техническите и функционални характеристики.</p> <p>Изпълнителят да декларира възможност за оказване на методическа помощ при експлоатация на апарата, сервисна поддръжка и доставка на резервни части за период не по-малък от 10 години.</p> <p>Към доставката да бъдат включени необходимите референтни материали и специфични консумативи.</p>

заличено
на
основание
ЗЗЛД

Съгласувал:

Ръководител сектор ФХК:

15.06.2022г.

/Виолета Петрова/