

До: АЕЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй 3321

Изх. № ES-

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по пазарна консултация № 49492 с предмет:

„Доставка на йонен анализатор за определяне на натрий“

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.
1		HQ440D Лабораторен многопараметърен измервателен уред с два входа: рН и йон-селективни електроди за Натрий. IP клас на корпуса: IP54 с поставен капак на батериите ISE, калибриране на електрод: 2 - 5 точки Модул за пренос на данни на измервателния уред от серия HQD рН Electrode calibration: 1 - 3 точки на калибриране; Printer: Да, при поръчка; Данни, съхранение: Автоматично, съответстващите на GLP ISO данни от показанията се съхраняват с подробностите за калибрирането. Данни, съхранение / памет: 500 записа/FIFO	Бр.

		Дисплей, тип: Течнокристален дисплей 440 x 160 пиксела с фоново осветление Комуникация: Интегриран USB Type A (за USB 2.0 устройство с флаш памет, принтер, клавиатура) и интегриран USB Type B (за компютър) Йон-селективни електроди (ISE): амоняк, амоний, хлорид, флуорид, нитрат, натрий рН резолюция: Избираеми: 0,001/0,01/0,1 рН	
2		ISENA Йон селективен електрод за Натрий Обхват: от 0.023 до 23 000,00 mg/l Работен температурен обхват: от 0 to 50 °C Референтен електрод - Ag/AgCl Минимален обем на пробата: 25 mL Точност: ±0,02 mV или 0,05%, което от двете е по-голямо Материал на сензора: Zeonor Дължина: 175 mm Дължина на кабела: 1 m Минимална дълбочина на пробата (mm): 26 Измерване, диапазон: 0,023 mg/L (1 x 10 ⁻⁶ M) – 23 g/L (1 M) Na Резолюция: Избираем до 4 значими цифри Тегло: 0,1 kg Температура, резолюция: 0,1°C Температура, точност: ± 0,3 °C Температурен диапазон: 0 – 50°C Термистор: ATC	Бр.
3		Комплект за настройка йонната сила на разтвора за измерване с йонселективен електрод за натрий и калий	Бр.
4		Стандартен разтвор за Na 10 mg/L, NaCl AS NA, опаковка - 1литър.	Бр.
5		Стандартен разтвор за Na 100 mg/L, опаковка - 500ML	Бр.
6		Стандартен разтвор за Натрий Концентрация - 1000 mg/L Опаковка - 500 mL Проследим до NIST	Бр.
7		Магнитна бъркалка	Бр.
8		Монтаж, пуско-наладка и обучение на персонал	LOT
		ОБЩО: (словом) Дванадесет хиляди и осемстотин лева, без ДДС	

Условия на доставката: DAP – АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй съгласно INCOTERMS 2020.

Срок на доставка: До 90 (деветдесет) дни след поръчка / договор.

Условия на плащане: Цените са в български левове, без ДДС. Заплащането се извършва в едномесечен срок.

Гаранционен срок: 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 30 месеца от дата на доставка.

Изключени дейности: Цената не включва проектиране, окабеляване, подвеждане на захранване и пр. СМР.

Лице за контакти: Пламен Цанков, тел. 0882 547050, e-mail: pl.tsankov@energосervice.bg

Срок на офертата: 31.08.2022 год. След това офертата подлежи на препотвърждаване.

ПОДПИС: заличено на основание
ЗЗЛД

Георги Манчев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЕНЕРГОСЕРВИЗ АД



Приложения:

- Техническо предложение
- ISENA38