



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на преносими прагови сигнализатори за контрол на повърхностно замърсяване с бета радиоактивни вещества в контролираната зона на ЕП2”.

**Уважаеми дами и господа,**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, отговаря на следния въпрос:

„В техническата спецификация се изисква *„Възможност за въвеждане в сигнализатора на калибровъчен коефициент за повърхностно замърсяване –  $part.cm-2.min-1$  ...*” Никой западен производител не използва тази мерна единица. Факт е, че тя е широко разпространена в Русия и страните от източния блок, както и в нашето законодателство. Ще бъде ли приет сигнализатор, който не отговаря на това изискване, а предоставя възможност за въвеждане в  $Bq.cm-2$ ?”

Отговор на въпрос:

„Приема се сигнализатор, който предоставя възможност за въвеждане в  $Bq.cm-2$ ”

Всички заинтересовани лица могат да подават оферти при условията, посочени в поканата за пазарна консултация.

Допълнителна информация може да бъде получена от Мануела Красимилова, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско” – 0973/73361, [MKsimeonova@npp.bg](mailto:MKsimeonova@npp.bg).